



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-02-22

Z/ZPP.2375.6.17


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych (z terminem składania ofert w dniu 24.02.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu o następujących parametrach:




1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	6 - laminat 2w
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	6 - laminat 2w
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	6 - laminat 2w
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>	17 - spunlace
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>	18 - spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	19 - laminat 2w

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .	16 - laminat 2w
--	-----------------

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795

### Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu o następujących parametrach:



1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów	8 - SMS, 1 - wzmocnienie
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów	8 - SMS, 1 - wzmocnienie
2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m <sup>2</sup>	2 - wzmocnienie

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>	17 - spunlace
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>	18 - spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	19 - laminat 2w
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m <sup>2</sup> .	16 - laminat 2w

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierdzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

#### **Pakiet 1 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 60cm ?

#### **Pakiet 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 75cm x 90cm ?

#### **Pakiet 1 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 210cm x 150cm ?

#### **Pakiet 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 45cm x 45cm ?

#### **Pakiet 1 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm ?

#### **Pakiet 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuch o następujących parametrach:

- pełnobarierowy
- z włókniny SSMMS(45g/m<sup>2</sup>)
- ze wstawkami nieprzemakalnymi (PP+PE 28g/m<sup>2</sup>)
- szwy ultradźwiękowe w połączeniu z rękawem i na ramionach
- pakowany w serwetę z 2 ręcznikami

- fartuch posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci 2-4 naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta
- wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-foolia

#### **Pakiet 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjnego o następujących parametrach:

- Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- Spodnie z trokami
- Kolor: niebieski
- Niejałowe
- Spełniające pozostałe parametry

#### **Pakiet 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wym. 50cm x 70cm o średnicy 6cm x 8cm?

#### **Pakiet 1 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparaturę w kształcie kuli o wym. 85cmx85cm o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

#### **Pakiet 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka na zwłoki foliowego spełniającego pozostałe parametry?

#### **Pakiet 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki wykonanej z podfoliowanej celulozy?

#### **Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rolce o długości 50m z przeliczeniem ilości?

#### **Pakiet 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

### **ODPOWIEDŹ:**

Ad. Pakiet nr 1 poz. 4,  
Zamawiający dopuści zaproponowany zestaw.  
Ad. Pakiet 1 poz. 5  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet 1 poz. 6. Poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz.10  
Zamawiający dopuści zaproponowane serwety  
Ad. Pakiet 1 poz. 11 i 12  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
Ad. Pakiet 1 poz. 14  
Zamawiający dopuści zaproponowane serwety  
Ad. Pakiet 1 poz. 15  
Zamawiający dopuści zaproponowany pokrowiec.  
Ad. Pakiet 2 poz. 4,  
Zamawiający dopuści zaproponowane worki  
Ad. Pakiet 2 poz. 6.  
Zamawiający dopuści zaproponowane myjki  
Ad. Pakiet 4 poz. 1  
Zamawiający dopuści podkłady 50 metrowe z przeliczeniem do pełnych rolek „w górę”  
Ad. Pakiet 5 poz. 1  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.