



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-02-22

Z/ZZP.2375.6.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych (z terminem składania ofert w dniu 24.02.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 7

1. Czy w poz. 1-4 Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wyrazi zgodę na złożenie oferty na opakowania papierowo – foliowe o gramaturze papieru 70g/m² i foli minimum 6 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.
2. Czy w poz. 1-4 Zamawiający ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.
3. Czy w poz. 1, pkt h Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy szerokości 400 mm?
4. Czy w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze dł. 100 m, szer. 400 mm x 80 mm?

Czy w poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe w rozmiarze 90 mm x 203 mm?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pakiet nr 7 pkt. 1, 2, 4, 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet 7 pkt. 3

Zamawiający dopuści rękaw szerokości 400 mm