



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-04-12

Z/ZPP.2375.8.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 21.04.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pytanie 1 zadanie 8 poz 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości z 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie skalowane co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny, łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki, dostępne rozmiary 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 ?

Pytanie 2 zadanie 8 poz 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone sterylne z mankietem niskociśnieniowym z przewodnicą w komplecie, dwa znaczniki głębokości w postaci pierścieni nad mankietem, dwa oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie dostępne rozmiary 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 ?

Pytanie 3 zadanie 8 poz 4

Czy filtr elektrostatyczny dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci ma posiadać nawilżanie na poziomie min 33mg H₂O/l przy Vt500ml ?

Pytanie 4 zadanie 8 poz 6

Czy filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci ma posiadać utratę wilgotności na poziomie max 6mg H₂O/l przy Vt500ml ?

ODPOWIEDŹ:

Ad Pytanie 1 zadanie 8 poz. 1

TAK

Ad Pytanie 2 zadanie 8 poz. 3

TAK

Ad Pytanie 3 zadanie 8 poz. 4

TAK

Ad Pytanie 4 zadanie 8 poz. 6

TAK