



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-04-12

Z/ZPP.2375.8.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 21.04.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Pakiet 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z komorą kroplową wykonaną z PCV?

**Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów z komorą kroplową wykonaną z PCV oraz czy odstąpi od wymogu by przyrząd posiadał miejsce na kolec igły bioreczej?

**Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z możliwością pomiaru OCŻ bez ftalanów gdzie głównym materiałem użytym do produkcji przyrządu jest PVC?

**Pakiet 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a'70 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 615 opakowań?

**Pakiet 2, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,2 ml?

**Pakiet 2, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,5 ml?

**Pakiet 2, poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Pakiet 5, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą w rozmiarze 20G x34 mm?

**Pakiet 5, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą w rozmiarze 20G x34 mm?

**Pakiet 5, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G x 120mm z prowadnicą w rozmiarze 20Gx34mm?

**Pakiet 5, poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Pakiet 5, poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 210 cm?

**Pakiet 5, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 210 cm?

**Pakiet 5, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę z silikonowymi zastawkami na łączniku oraz na otworach wentylacyjnych?

**Pakiet 5, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona w rozmiarach 12-18?

**Pakiet 5, poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze 6x9x5 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Pakiet 5, poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach: CH 6, CH8 oraz CH10?

**Pakiet 6, pozycja 13-14**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zagięty o długości 50cm?

**Pakiet 6, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

**Pakiet 6, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 5m?

**Pakiet 6, pozycja 17**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Pakiet 6, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Yankauer bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej 3,8mm oraz zewnętrznej 7,6mm, długość końcówki ssącej 14-15cm, razem z rączką 27-28cm, pakowaną pojedynczo folia-papier?

**Pakiet 6, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Pool Tip bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej 3,8mm oraz zewnętrznej 7,6mm, długość końcówki ssącej 17,5cm, razem z rączką 31,5cm, pakowaną pojedynczo folia-papier?

**Pakiet 6, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Pakiet 6, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm?

**Pakiet 6, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny o długości 36cm?

**Pakiet 6, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarze 28?

**Pakiet 6, pozycja 24-25**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm?

**Pakiet 6, pozycja 26-32**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Pakiet 6, pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aspiracyjnego pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml?

**Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty - zamknięty ?

**Pakiet 10, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści system o poniższych właściwościach?

**właściwości:**

- wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy
- zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia
- komora kropłowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwne oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2 000 ml
- zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu
- sterylny

**zastosowanie:**

- przeznaczony do 14-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym
- możliwość pobierania próbek moczu

**Pakiet 10, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych właściwościach?

**właściwości:**

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwany jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwne
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe

- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- sterylny

**zastosowanie:**

- przeznaczony do godzinowego pomiaru diurezy w systemie zamkniętym

**Pakiet 10, poz. 15,16,17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Pakiet 13, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 150mmx17mm?

**ODPOWIEDŹ:**

**Pakiet 1, poz. 3, 4, 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet 2, poz.4**

TAK.

**Pakiet 2, poz. 10**

TAK.

**Pakiet 2, poz. 11**

TAK.

**Pakiet 2, poz. 12, 13, 14, 15, 17**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 5, poz. 18**

Zamawiający dopuści

**Pakiet 5, poz. 19, 21, 25, 26, 27**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 13-14**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 15**

Zamawiający dopuści

**Pakiet 6, pozycja 16**

Zamawiający dopuści

**Pakiet 6, pozycja 17, 18, 19**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 20**

Zamawiający dopuści

**Pakiet 6, pozycja 21, 23**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 24-25**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 26-32**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 33**

Zamawiający dopuści

**Pakiet 10, poz. 2**

Zamawiający dopuści

**Pakiet 10, poz. 13, 14, 15, 16, 17**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pakiet 13, poz. 3**

Zamawiający dopuści