



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-04-12

Z/ZZP.2375.8.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 21.04.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**  
**Pakiet nr 8**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 wysokiej klasy rurek intubacyjnych, zbrojonych z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach 6,0 - 9,0 (rozmiar co pół), sterylne posiadające min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie.
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 3 bezwzględnie wymaga rurek intubacyjnych, zbrojonych z przewodnicą w komplecie?
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 wysokiej klasy filtra oddechowego, bakteryjno/wirusowego, elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno, kolanko, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999%, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 30g, sterylne - pakowany folia-papier.
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 wysokiej klasy filtra oddechowego, elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci, port kapno, kolanko, skuteczność filtracji względem bakterii/wirusów 99,999%, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga 29g - pakowany folia-papier.
5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 wysokiej klasy filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%, nawilżanie 32mg/l H<sub>2</sub>O, waga max. 42g, martwa przestrzeń max. 65 ml, pakowany pojedynczo.
6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 wysokiej klasy przewodnic do rurek intubacyjnych aluminiowej pokrytej PCV z miękką końcówką, w min. 2 rozmiarach: CH 06 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 - 5,0 oraz CH10 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0 - 10,0.
7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 karbowanego łącznika, zespolonego z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, 7/15 cm, złącza pacjenta 22M/15F, gumowa zatyczka z portem do odsysania, pakowany folia-papier.

8. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający bezwzględnie wymaga dla pozycji nr 10 maski tlenowej Venturiego w zestawie z 7 kodowanymi dyszami o średnicy 22 mm w zakresie od 24% do 60% z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego stężenia: 24% (niebieski), 28% (biały), 31% (pomarańczowy), 35% (żółty), 40% (czerwony), 50% (różowy), 60% (zielony). Maska przylegająca pod brodę, 15 cm karbowana przedłużka/rura, dren o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie wyżej wymienione elementy zapakowane w jednym opakowaniu.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Pakiet 8**

**Pyt. 1**

Zamawiający dopuści zaproponowane rurki

**Pyt. 2**

Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych, zbrojonych z prowadnicą w komplecie

**Pyt. 3,**

Dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów podanych przez Zamawiającego

**Pyt. 4 , pyt. 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pyt. 6 , pyt. 7**

Zamawiający dopuści z zachowaniem sterylności produktu

**Pyt. 8**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.