



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-04-12

Z/ZZP.2375.8.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 21.04.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę z ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnego czarnego półksiężyca, spełniającą pozostałe wymagania?

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr z oporami przepływu przy 30l/min do 1,2 cm wody, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr z oporami przepływu przy 30l/min do 0,9 cm wody, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno-wirusowy dla dorosłych, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) z wyodrębnioną warstwą piankowego wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji 99,999999%, o współczynniku wilgotności bezwzględnej wynoszącej 34,2 mg H₂O przy V_t=500 ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ znacząco ograniczają konkurencję.

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości 150-1200 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowego i sterylne prowadnice w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik rozciągalny w zakresie 5-15 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw venturiego w zestawie z koncentratorami tlenu o stężeniu: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, spełniające pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pakiet 8 poz. 3, poz. 4, poz. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet 8 poz. 8

Zamawiający dopuści zaproponowane prowadnice

Ad. Pakiet 8 poz. 9

Zamawiający dopuści zaproponowany łącznik

Ad. Pakiet 8 poz. 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ