



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-06-12

Z/ZZP.2375.13.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i pielęgnujących oraz materiałów medycznych jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 16.06.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 6 i pozycję 15 pakietu nr 1, klipsy kompatybilne z klipsownicami dostępnymi na rynku, parametry narzędzi zgodne z opisem.

Pakiet nr 2.

2. Czy Zamawiający z pozycji 1 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie 2 szczotek wielorazowych jako kompletu, wymiary jednej szczotki – średnica włosia 12 mm długość włosia 40,0 mm, długość narzędzia 90 mm, wymiary drugiej szczotki – średnica włosia 5 mm, długość włosia 40,0 mm, długość narzędzia 200 mm, szczotki wielorazowego użytku, pozostałe parametry zgodne z opisem.
3. Czy Zamawiający z pozycji 2 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie szczotek o śr. 6,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
4. Czy Zamawiający z pozycji 3 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie igieł o śr. igły 0,6 mm, dł. ostrza 4 mm i 6 mm, średnica cewnika 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
5. Czy Zamawiający z pozycji 4 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o śr. 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
6. Czy Zamawiający z pozycji 5 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o śr. 2,8 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
7. Czy Zamawiający z pozycji 6 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie chwytaka czteropalczastego, pozostałe parametry zgodne z opisem.
8. Czy Zamawiający z pozycji 7 i 8 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości 1800 mm i 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
9. Czy Zamawiający z pozycji 9 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie szczotek o śr. włosia 5,0 mm i 6,0 mm, długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pakiet nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet 2

Pytania są bezzasadne, gdyż Zamawiający w dniu 08.06.2017r. zamieścił na swojej stronie internetowej modyfikację dotyczącą Pakietów.