



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-07-28

Z/ZZP.2375.15.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 10.08.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zadanie nr 7 Stent chromowo-kobaltowy uwalniający lek Sirolimus z biodegradowalnego polimeru

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu stentu uwalniającego lek z biodegradowalnego polimeru usytuowanego abluminalnie – gradientowo – umożliwiającą skrócenie DAPT do 1 miesiąca, udowodnione na podstawie badań klinicznych wraz z informacją w instrukcji użytkowania.

Platforma stentu otwartokomórkowa o grubości 80 μm 0.0031” dla każdego rozmiaru od średnicy 2,25 – 4,00mm. Dostępne długości 9 – 12 – 15 – 18 – 24 – 28 – 33 – 38mm, ciśnienie nominalne 9 atm, wysoka siła radialna mierzona w 19.7N/cm ? Pozostałe wymagania bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.