



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-07-28

Z/ZZP.2375.15.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 10.08.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zadanie nr 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cewnika aspiracyjnego do usuwania materiału zatorowego o następujących parametrach:

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F/7F i przewodnikiem 0,014”
- Dwa elastyczne markery : 1 w końcówce cewnika, drugi oddalony 15 mm od końcówki
- Powierzchnia ekstrakcji proksymalna 6F- 0,99mm², 7F- 1,39 mm²
- Przepustowość aspiracyjna 6F - 1,70 cc/s, 7F – 2,34 cc/s
- Długość użytkowa cewnika 140 cm
- Średnica zewnętrzna proksymalna: 6F- 4,2 F, 7F- 4,9 F
- Średnica zewnętrzna dystalna: 6F – 4,9 F, 7F – 5,4 F
- Profil wejścia: 6F -0,021”; 7F – 0,025”
- Długość odcinka systemu RX – 17,5 cm
- W zestawie z cewnikiem – dwie strzykawki 30 cc z blokadą, usztywniający mandryn, kranik, przedłużacz, dwa koszyczki filtrujące

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści zaproponowany cewnik.