



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-18

Z/ZZP.2375.21.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kardiomonitorów oraz centrali (z terminem składania ofert w dniu 20.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Kardiomonitorzy 14 szt. + centrala do 6 kardiomonitorów - 1 szt.

Pytanie 1 Pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z jednym gniazdem USB i z możliwością rozbudowy o kolejne 2?

Pytanie 2 Pkt 28 – Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar NMT jako urządzenie zewnętrzne ?

Pytanie 3 Pkt 29 – Czy Zamawiający w punkcie 29 miał na myśli możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar kanpografii?

Pytanie 4 Pkt 32 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rozbudowy o Monitorowanie parametrów spirometrycznych?

Pytanie 5 Pkt 38 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością rozbudowy między innymi o temp., IBP, rzut serca bez dodatkowego pomiaru SPO2 w module rozszerzeń

ODPOWIEDŹ:

Pytanie 1 Pkt 15

Zamawiający dopuści kardiomonitor z jednym gniazdem USB i z możliwością rozbudowy o kolejne 2

Pytanie 2 Pkt 28

Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar NMT jako urządzenie zewnętrzne

Pytanie 3 Pkt 29

Zamawiający w punkcie 29 miał na myśli możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar kanpografii

Pytanie 4 Pkt 32

Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rozbudowy o Monitorowanie parametrów spirometrycznych

Pytanie 5 Pkt 38

Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością rozbudowy między innymi o temp., IBP, rzut serca bez dodatkowego pomiaru SPO2 w module rozszerzeń