



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-19

Z/ZZP.2375.23.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (z terminem składania ofert w dniu 23.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy Zadanie 4

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka o długości całkowitej 223cm bez funkcji przedłużenia leża.
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka z prześwitem pod podstawą łóżka 16cm za wyjątkiem miejsca montażu kolumn.
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu pleców 0- 64°.
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu uda 0 – 34°.
5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka z regulacją kąta nachylenia podudzia 0 – 21°.
6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka z regulacją wszystkich elektrycznych funkcji łóżka za pomocą centralnego panelu sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz barierkach bocznych?
7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka z czterema pojedynczymi kołami?
8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców z zaznaczeniem kąta 30 i 60 stopni?

ODPOWIEDŹ:

Ad. pytanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 8

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga