



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-19

Z/ZZP.2375.23.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (z terminem składania ofert w dniu 23.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zadanie nr 4

Łóżko do intensywnej terapii wraz z materacami przeciwoślężynowymi – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości z indykatorem dźwiękowym osiągnięcia wysokości minimalnej?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją zapewniającą prześwit pod łóżkiem 15 cm?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy 0-72°?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy 0-45°?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20 cm?
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 46 cm?
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją zapewniającą prześwit pod łóżkiem 12 cm?
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy 0-78°?
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy 0-34°?
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy 0-21°?

Zadanie nr 6

Łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową – 16 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterownikiem ręcznym bez czytelnego oznaczenia lokalizacji dźwigni zwalniającej funkcję CPR? Czytelne oznaczenie lokalizacji dźwigni CPR znajduje się na ramie leża.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 365 do 815 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyt z jednolitego odlewu w kolorze bieli szpitalnej z możliwością wyboru koloru wklejki spośród 8 kolorów?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, zgodne z obowiązującą normą EN 60601-2-52, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są intuicyjnie w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie barierki? Odblokowywanie barierki poprzez podniesienie barierki powoduje, że barierka jest niestabilna, utrudnia manewrowanie łóżkiem, a opuszczenie barierki nie jest intuicyjne.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 350 do 740 mm?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym czterema odczepialnymi tworzywowymi panelami ABS, z systemem zatraskiwania, panele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko, gładkie, lekkie, nadające się do dezynfekcji?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, za pomocą sprężyny gazowej z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji, bez konieczności stosowania dodatkowych barierki bocznych montowanych w odcinku nóg?

ODPOWIEDŹ:

Zadanie nr 4

Ad. pytanie 1, 2, 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 4, 5

Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Ad. pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 7

Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Ad. pytanie 8, 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 10

Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga

Ad. pytanie 11, 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 6

Ad. pytanie 1, 2,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 3

Zamawiający dopuści

Ad. pytanie 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 5

Zamawiający dopuści

Ad. pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pytanie 7

Zamawiający dopuści

Ad. pytanie 8

Zamawiający dopuści pod warunkiem zabezpieczenia pacjenta na całej długości