



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-27

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Dotyczy: Zadanie Nr 15 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:
  - Wymiary zewnętrzne wózka (bez wyposażenia dodatkowego):
    - długość 662 mm
    - głębokość 594 mm
    - wysokość od podłoża do powierzchni roboczej blatu 1000 h mm (wys. blatu całość – 1050 mm), wysokość z nadstawką 1700 mm
  - Wózek wyposażony w 4 szuflady, w tym dolna szuflada dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, pozostałe 3 szuflady z przeznaczeniem na leki; ergonomicznie wyprofilowane uchwyty z tworzywa (połączenie PC i ABS, z którego są wykonane jednocześnie szuflady) na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości; szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane w całości bez użycia narzędzi; szuflady z zamkiem centralnym
  - Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium, części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa. Szuflady jednocześnie – bez elementów łączenia, bez miejsca narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji (z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne). Błat wózka z ABS.
  - Błat jako jednolity odlew z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu; uniesione trzy brzegi blatu ergonomiczne uchwyty do przemieszczania wózka.
  - Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS. Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej. Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, w ty 2 z blokadą.  
Wyposażenie wózka:
    - 2 szyny instrumentalne z aluminium, z możliwością zmiany wysokości, z boku wózka

- 1 szyna aluminiowa pod nadstawką
- wysuwany blat boczny w całości wykonany z tworzywa ABS z wyprofilowanym wygodnym uchwytem
- nadstawka dwurzędowa na 11 uchylnych transparentnych w konfiguracji 5+6, na 2 szynach instrumentalnych na wysięgniku nadstawki, z możliwością łatwego demontażu pojemników i ich dezynfekcji
- 1 x uchylna, obrotowa miska ze stali nierdzewnej mocowana uchwytem do wysięgnika nadstawki
- 3 pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, z przeznaczeniem na akcesoria
- 1x przestrzeń na pojemnik na zużyte igły (zintegrowana w tylnej części wózka) wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik z możliwością regulacji
- 1 x przestrzeń na pudełko z rękawiczkami, z tyłu wózka, wbudowana w jego konstrukcję
- 1 x uchwyt kroplówki z 2 haczykami montowany na wysięgniku nadstawki
- kosz na odpady wykonany z tworzywa, z pokrywą otwieraną bezdotykowo, mocowany z boku wózka na 2 szynach instrumentalnych, kosz o pojemności 8 litrów
- uchwyt do prowadzenia zintegrowany z blatem wózka
- dodatkowe akcesoria (z stabilnie mocującymi uchwytami, nie odkształcającymi się podczas użytkowania) wieszane za szynach na akcesoria o przekroju 25x10 mm (szyny z regulacją wysokości)
- 1 x przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach

(Poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia uruchomienia szpata i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu (dotyczy **Zadanie Nr 15 – Wózek reanimacyjny**). Zamawiający otrzymuje wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności uruchamiające nie są zatem konieczne. Oferowany wyrób jest

bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia przeglądów okresowych dla przedmiotowych wózków (**Zadanie Nr 15 – Wózek reanimacyjny**) min. 1 raz w roku, przez cały okres gwarancji. Producent oferowanych wózków nie wymaga przeprowadzania takowych przeglądów, co możemy poświadczyć okazując Zamawiającemu oświadczenie producenta stwierdzające ten fakt. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ