



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-27

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy Zadanie nr 13

1. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 60mm, pozwalający na przebywanie pacjenta na materacu nawet do 24 godzin bez ryzyka powstania odleżyn?
2. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2050mm oraz szerokości 755mm, szerokość leża 650mm?
3. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości 585mm - 905mm?
4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta nachylenia pleców 0-70°?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie +/-12°?
6. Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi składającymi się z 6 pionowych słupków (stalowe, lakierowane proszkowo) połączonych w górnej części tworzywową nakładką?
7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składany i wsuwany pod leże szczyt pełniący rolę uchwytów do prowadzenia wózka, zamontowany z jednej strony?
8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe umieszczone w narożnikach wózka?
9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak kroplówki wykonany ze stali, lakierowany proszkowo?
10. Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym 230kg?

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym, potwierdzonym przez producenta, bez konieczności potwierdzania obciążenia przez niezależną jednostkę

badawczą? Proponowany przez nas wózek jest wyrobem medycznym, spełniający wszelkie wymagane normy, posiada Deklarację Zgodności, wymóg potwierdzenia obciążalności przez niezależną jednostkę badawczą jest tylko ograniczeniem konkurencji.

ODPOWIEDŹ:

Zadanie nr 13

Ad pyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 13

Ad pyt. 8, 9, 10

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 14

Ad pyt. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.