



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-30

Z/ZPP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

Generowana częstotliwość	27,12 MHz
Rodzaj emisji	ciągła, pulsacyjna
Moc	emisja ciągła: 0 – 100 W emisja pulsacyjna: 0 – 200 W
Częstotliwość pracy pulsacyjnej	10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 400 Hz
Czas trwania impulsu	65 μs, 100μs, 200μs, 300μs, 400μs
Zegar, czas ekspozycji	1-30 minut

- 2 gumowe aplikatory o wymiarach 12 x 18 cm,

- 6 podkładów filcowych dla aplikatorów gumowych,
- 2 bawełniane osłony,
- 2 taśmy elastyczne o wymiarach 122 cm do mocowania elektrod gumowych.
- wózek transportowy,
- ramię łamane w 4 miejscach,
- aplikator dyskowy o średnicy 14 cm,
- przewód do aplikatora.
- prosta obsługa,
- czytelny panel sterujący,

- praca ciągła i impulsowa,
- identyfikacja podłączonych elektrod,
- aparat sterowany mikroprocesorowo z dźwiękowym sygnalizatorem,
- automatyczne wyzerowanie mocy wyjściowej po zakończeniu czasu terapii,
- moduł automatycznego testowania aparatu podczas włączania,
- akustyczny sygnał zakończenia terapii.

Dotyczy: Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:

Właściwości:

- 6 komór,
- 3 tryby pracy (plus odwrotne),
- 6 stopni szybkości napełniania mankietów,
- ciśnienie regulowane w zakresie 10 - 200 mmHg,
- zegar zabiegowy 5-95 min,
- awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór.

Tryby pracy:

- tryb A: efekt masażu ręcznego – sekwencyjne napełnianie komór po sobie,
- tryb B: poprawa krążenia krwi i drenażu limfatycznego - napełnianie komór kolejno z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich komorach,
- tryb C: sekwencyjne napełnianie po 2 komory naraz z utrzymaniem ciśnienia w poprzednich,
- ustawienia odwrotne od powyższych trybów (zabieg prowadzony w drugą stronę).

Dane techniczne:

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 310 x 415 x 130
- Waga [kg]: 4,65

Dotyczy: Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o z 5 stopniami regulacji nadmuchu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.