



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-26

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy zadania nr 16

Pytanie nr 1

Czy w nazwie zadania 16 nie zaszła omyłka pisarska i zadanie dotyczy Zestawów do podaży tlenku azotu?

Poniżej w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych wskazany jest gaz medyczny, tlenek azotu.

Pytanie nr 2

Czy w pozycji 9, zadanie 16 zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, nie zaszła omyłka pisarska dotycząca jednostki miary zakresu przepływu? Zakres przepływu w tego typu urządzeniach jest wyrażany w ml/min.

Pytanie nr 3

Czy w pozycjach 4 i 22 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych dla zadania 16, Zamawiający wyrazi zgodę na nieodpłatne użyczenie 1 butli na okres 24 miesięcy. Butla będzie pozostawać własnością Wykonawcy, ze względu na fakt, iż tlenek azotu jest produktem leczniczym, a tylko w ten sposób Wykonawca może brać odpowiedzialność za dostarczony lek.

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pytanie 1

Zamawiający określając przedmiot zamówienia jako zestaw do podaży azotu, ma na myśli zestaw do podaży tlenku azotu.

Ad. Pytanie 2

Tak, zaszła omyłka pisarska, winno być ml/min.

Ad. Pytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę.