



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-26

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zadanie Nr 8 – Cykloergometr- 1 szt.

Pkt. 4 **Określono powierzchnię kozetki na 210 cm x 75 cm.**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o rozmiarach 90 x 55 cm dla wysokości od 140 cm do 205 cm?

Kozetka ergometru rowerowego leżącego składa się z dwóch części.

Uwzględniając możliwość regulacji obu powierzchni podajemy rzeczywiste rozmiary oparcia i siedziska.

Pkt. 7 **Maksymalna waga pacjenta 220 kg.**

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wagę pacjenta 160 kg?

Oferowany przez nas, najnowszej technologii ergometr rowerowy, umożliwia badanie pacjentów o wadze do 160 kg. W praktyce jest to parametr wystarczający. Wysoka jakość produktu, niemieckiego producenta Ergosana, zapewnia trwałość urządzenia.

Pkt. 9 **Obciążenie 6-400 W**

Czy Zamawiający dopuści obciążenie 20-999W?

Obciążenie podczas wykonywania testu najczęściej rozpoczyna się od 20, 25W.

Poniżej tych wartości pacjent praktycznie nie odczuwa trudu pracy. Dlatego, najczęściej, standardowe programy treningowe, rozpoczynają się od 20W.

Dodatkowo, bardzo niskie wartości obciążenia, uwzględniając kilkuprocentowy błąd układu ergometru, generują wysoki rozrzut rzeczywistych parametrów pracy urządzenia.

Pkt. 14 **Wymiary: 210 cm x 76 cm x 74 cm.**
Czy Zamawiający dopuści wymiary:
podstawa 60 x 160 cm.
rozmiar kanapy 90 cm x 55 cm.,
dla wysokości od 140 cm do 205 cm.

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pytanie pkt 4

Zamawiający dopuści kozetkę o rozmiarach 90 x 55 cm dla wysokości od 140 cm do 205 cm.

Ad. Pytanie pkt 7

Zamawiający dopuści maksymalną wagę pacjenta 160 kg

Ad. Pytanie pkt 9

Zamawiający dopuści obciążenie 20-999W

Ad. Pytanie pkt 14

Zamawiający dopuści wymiary:

podstawa 60 x 160 cm.

rozmiar kanapy 90 cm x 55 cm.,

dla wysokości od 140 cm do 205 cm