



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-26

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Dotyczy: Zadanie nr 13 – Wózek do transportu chorych 2-sekcyjny – 2 szt.**

1. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka posiadającego leże na całej długości przeziernie dla promieni RTG, prowadnica na kasetę RTG pod całą długością leża z możliwością przesuwania we wszystkich sekcjach leża.
2. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka o długości 2100 mm.
3. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka posiadającego leże o wymiarach 1960 x 655 mm.
4. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka posiadającego hydrauliczną regulację wysokości w zakresie od 580 mm do 910 mm dokonywaną dźwigniami nożnymi umiejscowionymi po obu stronach wózka.
5. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka posiadającego regulację oparcia pleców uzyskiwaną płynnie za pomocą sprężyny gazowej dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta, bez konieczności oznaczania jest wyraźnym kolorem (np. kolorem czerwonym), zakres regulacji od 0° do 75°.
6. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka posiadającego regulację przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwaną płynnie za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron wózka, zakres regulacji Trendelenburga od 0° do 14,5°, zakres regulacji anty-Trendelenburga od 0° do 13,5°.

7. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, składające się z 2 poprzeczek poziomych oraz 6 pionowych, lakierowane proszkowo, z estetycznym wykończeniem z tworzywa.
8. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka, którego rama leża w narożnikach jest wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek przed uszkodzeniami.
9. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w wieszak kroplówki wykonany ze stali chromowanej, z regulacją wysokości, wyposażony w 2 tworzywowe haczyki do płynów, z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Pytanie 1**

TAK

**Ad. Pytanie 2, 3, 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Ad. Pytanie 5**

Tak

**Ad. Pytanie 6, 7**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Ad. Pytanie 8, 9**

TAK