



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-27

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy części nr 4:

1. Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza bez możliwości równoczesnego ogrzewania płynów infuzyjnych i płynów, z czterema zakresami regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C, 44°C) dostosowanymi do różnych możliwości terapeutycznych?
2. Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza charakteryzujący się prędkością przepływu powietrza 1424/2156 l/min oraz występowaniem 2 czujników temperatury?
3. Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza na którego panelu zewnętrznym nie ma wyświetlanej informacji o czasie trwania ogrzewania i godzinach pracy urządzenia. W proponowanym rozwiązaniu przeglądy techniczne wykonywane są w stałych odstępach czasu.
4. Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z możliwością zamontowania do pionowych rur bądź uchwytów, o wadze 6,8 kg?
5. Prosimy o doprecyzowanie czy w zestawie z urządzeniem ma się znajdować konstrukcja jezdna czy ma ono jedynie mieć możliwość zamontowania na takiej konstrukcji? W przypadku jeśli konstrukcja jezdna ma być elementem zestawu prosimy o dopuszczenie stojaka z 5 kółkami (z blokadą na 2 kółka) z koszykiem na kocyki.
6. Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze na pacjenta o wymiarach 203 x 102 cm, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otwory wylotowe dzięki czemu następuje równomierne oddawanie ciepła pacjentowi, bez dodatkowej folii i perforacji po bokach? Konstrukcja oferowanych materacy powoduje ich stabilne umieszczenie na pacjencie.
7. Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze na pacjenta o wymiarach 203 x 102 cm, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otwory wylotowe dzięki czemu następuje równomierne oddawanie ciepła pacjentowi, bez dodatkowych zakładek, z 4 perforacjami?
8. Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze pod pacjenta o wymiarach 203 x 102 cm, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otwory wylotowe dzięki czemu następuje równomierne oddawanie ciepła pacjentowi?

9. Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze pod pacjenta w pozycji litomijnej o wymiarach 164 x 102 cm, z dwoma kanałami odprowadzającymi płyn w kierunku góra/dół, bez dodatkowej folii, z 2 otworami do podłączenia dmuchawy?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pytanie 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 2, 3

Tak

Ad. Pytanie 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ , poz, 15 – wózek na 4 kołach z blokadą każdego koła i półką na kołdry.

Ad. Pytanie 6

Tak

Ad. Pytanie 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 8, 9

Tak