



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-27

Z/ZZP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pytanie: Zadanie nr.14 – Wózek do transportu chorych leżący - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści Wózek do transportu chorych leżący o szerokości 88cm

Czy Zamawiający dopuści długość wózka - 211,5 cm mm

Czy Zamawiający dopuści Wózek do transportu chorych leżący bez przechyłu anty-trendelenburga (pozycja anty - Trendlenburga uzyskiwana poprzez podniesienie zagłówka)

Posiadający przechył Trendelenburga : 0° - 10°

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy : 12,5 cm

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podglówka -25° - 60°

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości regulowanej: 57 - 99 cm

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ

ODPOWIEDŹ:

Pytanie , Czy Zamawiający dopuści Wózek do transportu chorych leżący o szerokości 88cm
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Czy Zamawiający dopuści długość wózka - 211,5 cm mm
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Czy Zamawiający dopuści Wózek do transportu chorych leżący bez przechyłu anty-trendelenburga (pozycja anty - Trendlenburga uzyskiwana poprzez podniesienie zagłówka)

Posiadający przechył Trendelenburga : 0° - 10°

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy : 12,5 cm

Tak

Pytanie Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podglówka - 25° - 60°

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości regulowanej: 57 - 99 cm

Tak