



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2017-10-27

Z/ZPP.2375.28.17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 31.10.2017r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

W nawiązaniu do powyższego postępowania prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zadania nr 16 „Zestaw do podaży azotu” - zestawienia parametrów techniczno-użytkowych.

Pytanie 1)

Czy zadanie nr 16 dotyczy urządzenia do podawania tlenu azotu:

- a. w celach diagnostycznych i leczniczych u osób zaintubowanych
- b. w celach diagnostycznych u osób niezaintubowanych?

Pytanie 2)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie do sterowanego oddychaniem podawania tlenu azotu w celach diagnostycznych z pominięciem punktów 4 - 23 zestawienia parametrów techniczno użytkowych [wymagań funkcjonalnych]?

Pytanie 3)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie umożliwiające podanie określonej dawki tlenu azotu w fazie wdechu z możliwością zakończenia inhalacji po:

- a. podaniu określonej skumulowanej dawki tlenu azotu
- b. wykonaniu określonej liczby wdechów
- c. określonym czasie inhalacji ?

Pytanie 4)

Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie bez butli z tlenkiem azotu?

Jeżeli tak to rozwiązaniem będzie podpisanie umowy dzierżawy butli i reduktora oraz dostawy leczniczego tlenu azotu. Z tego powodu niezbędne będzie wskazanie dostawcy leczniczego tlenu azotu, typu reduktora oraz wymiarów butli.

**ODPOWIEDZ:**

**Ad. Pytanie 1**

Dotyczy urządzenia do podawania tlenu azotu w celach diagnostycznych u osób niezaintubowanych

**Ad. Pytanie 2, 3, 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ