



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-02-20

Z/ZZP.2375.4.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych (z terminem składania ofert w dniu 23.02.2018r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy produktów zamówienia:

1. Pakiet 1, poz. 1 : czy Zamawiający ma na myśli maskę chirurgiczną jałową czy niejaołową?
2. Pakiet 1 poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy o rozmiarze 180 x 150 ?
3. Pakiet 1 poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 145 x 80 cm?
4. Pakiet 1 poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem 180 x 150 cm w miejsce 170 x 150?
5. Pakiet 1 poz. 5: czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę na stół narzędziowy o rozmiarze 180 x 150 ?
6. Pakiet 1 poz. 5: czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 145 x 80 cm?
7. Pakiet 1 poz. 5: czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem i obszarem chłonnym 180 x 150 cm w miejsce 170 x 150?
8. Pakiet 1 poz. 8: czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 180 x 150 cm?
9. Pakiet 1 poz. 8: czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 240 x 180 cm?
10. Pakiet 1 poz. 11: czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy pełnobarierowy, zapinany przy szyi na rzep, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umiejscowione w kartoniku gwarantują zachowanie sterylności tylnej części. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowane w papier krepowy, wewnątrz opakowania 2 chłonne ręczniki do rąk ?
11. Pakiet 1 poz. 13: czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Odzież jest zgodna z normą PN EN 13795
12. Pakiet 1 poz. 15: czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w kształcie owal 8x6 cm?
13. Pakiet 1 poz. 4-5: czy Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności?
14. Pakiet 6, poz. 2: czy Zamawiający dopuści folie o rozmiarze 45 x 28 cm?
15. Pakiet 9 poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę o otworach eliptycznych 10 x15?

Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x75?
16. Pakiet 9 poz. 1: czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt radiologiczny o śr. 81 cm?

Dotyczy zapisów umowy:

1. §1 ust. 2: czy Zamawiający może określić jaki procent umowy na pewno zrealizuje?
2. § 2 ust. 3: Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
3. § 3 ust. 2a: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
4. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

ODPOWIEDŹ:

Ad Pytanie 1 Pakiet 1 poz. 1

Chodzi o maskę niejałową.

Ad Pytanie 2, 3, 4 Pakiet 1 poz. 4,

Tak

Ad Pytanie 5, 6, 7 Pakiet 1 poz. 5

Tak

Ad Pytanie 8, 9 Pakiet 1 poz. 8

Tak

Ad Pytanie 10 i 11 Pakiet 1 poz. 11 to samo pytanie

Tak

Ad Pytanie 12 Pakiet 1 poz. 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad Pytanie 13 Pakiet 1 poz. 15

Tak

Ad Pytanie 14 Pakiet 1 poz. 4-5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad Pytanie 15 Pakiet 6 poz. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad Pytanie 16 Pakiet 9 poz. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad Pytanie 17 Pakiet 9 poz. 1

Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt radiologiczny o śr. 81 cm

Dotyczy zapisów umowy

Ad. pyt. 1

Zamawiający zamówi co najmniej taki % ilości wyrobów określonej w umowie, który zapewni realizację rzeczywistego zapotrzebowania na te wyroby w czasie obowiązywania umowy.

Ad. pyt. 2

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad. pyt. 3

Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XVII pkt. 2.

Ad. pyt. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.