



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-28

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązującymi parametrami technicznymi dotyczącymi sprzętu są parametry z załączników określających wykaz sprzętu do montażu na poszczególnych kondygnacjach?

Zamawiający sprecyzował wymagania stawiane dla sprzętu medycznego dostarczanego przez Wykonawcę /SIWZ zał. nr 2. Opis przedmiotu zamówienia str. 46. Wykaz sprzętu medycznego do montażu/. Ponadto Zamawiający w dniu 23.05.2018 r. umieścił na swojej stronie internetowej uzupełnienie Dokumentacji projektowej precyzującej wymagania stawiane dla sprzętu medycznego. Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający te wymagania.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, jednocześnie Zamawiający informuje, że umieścił na swojej stronie internetowej uzupełnienie Dokumentacji projektowej precyzującej wymagania stawiane dla sprzętu medycznego. Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający te wymagania

**Dotyczy:**

**TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU – PRZEDMIAR  
RZUT WYSOKIEGO PARTERU**

**Kolumna Chirurgiczna Gg9.2**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę dwuramienną z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk wynoszącym 1500mm z ramionami tej samej długości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną z głowicą o przekroju prostokąta o wymiarach 298x280mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w głowicę z możliwością montażu gniazd na trzech panelach (boki i tył) z wyłączeniem jednej ściany z półkami ze względu na możliwość wystąpienia kolizji i trudny dostęp do gniazd?

**Odpowiedź: Zamawiający nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu**

Pytanie 4

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 5

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w co najmniej jedną półkę o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w manometry informujące o stanie gazów medycznych w zamian za dedykowany panel który komplikuje obsługę urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi po przedstawieniu szczegółowych informacji w proponowanym rozwiązaniu.**

## **Kolumna Anestezjologiczno-chirurgiczna Oc2**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę dwuramienną z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk wynoszącym 1500mm z ramionami tej samej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą o przekroju prostokąta o wymiarach 298x280mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza każde optymalne rozwiązanie.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w głowicę z możliwością montażu gniazd na trzech panelach (boki i tył) z wyłączeniem jednej ściany z półkami ze względu na możliwość wystąpienia kolizji i trudny dostęp do gniazd?

**Odpowiedź: Zamawiający nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu**

Pytanie 4

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 5

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w co najmniej jedną półkę o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w manometry informujące o stanie gazów medycznych w zamian za dedykowany panel który komplikuje obsługę urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi po przedstawieniu szczegółowych informacji w proponowanym rozwiązaniu.**

**Lampa Zabiegowa Ge8.1**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową wyposażoną w 6 punktów świetlnych o bardzo dobrych parametrach dających możliwość uzyskania maksymalnego natężenia na poziomie 70000lux i żywotności 60000h?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie**

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby lampa zabiegowa posiadała możliwość wymiany pojedynczych punktów świetlnych? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję ewentualnych kosztów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań,**

**Sufitowa jednostka zasilająca jednostanowiskowa Gg9**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednostkę zasilającą z głowicą o przekroju prostokąta o wymiarach 298x280mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednostkę zasilającą wyposażoną w głowicę z możliwością montażu gniazd na trzech panelach (boki i tył) z wyłączeniem jednej ściany z półkami ze względu na możliwość wystąpienia kolizji i trudny dostęp do gniazd?

**Odpowiedź: Zamawiający nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu**

Pytanie 3

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał aby jednostka zasilająca posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 5

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał aby jednostka zasilająca wyposażona była w co najmniej jedną półkę o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w manometry informujące o stanie gazów medycznych w zamian za dedykowany panel który komplikuje obsługę urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi po przedstawieniu szczegółowych informacji w proponowanym rozwiązaniu.**

## **Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna Oc2”**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę jednoramienną z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk wynoszącym 1500mm z ramionami tej samej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą o przekroju prostokąta o wymiarach 298x280mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w głowicę z możliwością montażu gniazd na trzech panelach (boki i tył) z wyłączeniem jednej ściany z półkami ze względu na możliwość wystąpienia kolizji i trudny dostęp do gniazd?

**Odpowiedź: Zamawiający nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu**

Pytanie 4

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał aby kolumna posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 5

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał aby kolumna wyposażona była w co najmniej jedną półkę o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w manometry informujące o stanie gazów medycznych w zamian za dedykowany panel który komplikuje obsługę urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi po przedstawieniu szczegółowych informacji w proponowanym rozwiązaniu.**

## **TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU – PRZEDMIAR RZUT I PIĘTRA**

### **Sufitowa jednostka zasilająca Gg9**

Pytanie 1

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby jednostka zasilająca posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 2

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby jednostka zasilająca wyposażona była w półki o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

### **Lampa zabiegowa sufitowa Ge8.1**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową wyposażoną w 32 punkty świetlne (diody) o bardzo dobrych parametrach dających możliwość uzyskania maksymalnego natężenia na poziomie 160000lux i żywotności 60000h?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową w której temperatura barwowa wynosi 4350K? Jest to bardzo mała różnica nie zauważalna przez operatora?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową w której współczynnik Ra wynosi 96? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby lampa zabiegowa posiadała możliwość wymiany pojedynczych punktów świetlnych? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję ewentualnych kosztów eksploatacyjnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań**

### **TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU - PRZEDMIAR RZUT II PIĘTRA**

### **Lampa zabiegowa sufitowa Ge8.1**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową wyposażoną w 32 punkty świetlne (diody) o bardzo dobrych parametrach dających możliwość uzyskania maksymalnego natężenia na poziomie 160000lux i żywotności 60000h?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową w której temperatura barwowa wynosi 4350K? Jest to bardzo mała różnica nie zauważalna przez operatora.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Zabiegową w której współczynnik Ra wynosi 96?  
Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby lampa zabiegowa posiadała możliwość wymiany pojedynczych punktów świetlnych? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję ewentualnych kosztów eksploatacyjnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań,**

### **Sufitowa jednostka zasilająca Gg9**

Pytanie 1

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby jednostka zasilająca posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 2

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał aby jednostka zasilająca wyposażona była w półki o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

## **TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU - PRZEDMIAR RZUT III PIĘTRA**

### **Sufitowa jednostka zasilająca Gg9**

Pytanie 1

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby jednostka zasilająca posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 2

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby jednostka zasilająca wyposażona była w półki o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

### **Lampa Operacyjna Ge5**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Operacyjną dwukopułową w której każda z kopuł wyposażona jest w 32 punkty świetlne (diody) o bardzo dobrych parametrach dających możliwość uzyskania maksymalnego natężenia na poziomie 160000lux dla każdej z kopuł i żywotności 60000h?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Operacyjną dwukopułową w której temperatura barwowa wynosi 4350K? Jest to bardzo mała różnica nie zauważalna przez operatora.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Operacyjną dwukopułową w której współczynnik Ra wynosi 96? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź: tak**

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby lampa Operacyjna posiadała możliwość wymiany pojedynczych punktów świetlnych? Takie rozwiązanie pozwala na redukcję ewentualnych kosztów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań,**

## **Kolumna chirurgiczna Gg9.2**

Pytanie 1

Czy Ze względu na możliwość zawieszenia aparatu do znieczulenia Zamawiający będzie wymagał, aby jedno ramię kolumny było uchylne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający postawione przez siebie wymagania**

Pytanie 2

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: tak**

Pytanie 3

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w półki o nośności min. 60 kg?



**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**

### **Kolumna anestezjologiczna Oc2**

#### **Pytanie 1**

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna posiadała powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytanie 2**

Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w półki o nośności min. 60 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie precyzyjne w sposób jednoznaczny nośności półek, półka ma wytrzymać ciężar powszechnie stosowanej aparatury medycznej.**