



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-07

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Dotyczy Kolumn Chirurgicznych Gg9.2, Kolumn Anestezjologiczno-chirurgicznych Oc2 oraz Sufitowych jednostek zasilających Gg9.

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 2018-05-28 dotyczących zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonych w pliku WWWPytania2, gdzie wprowadzono wymóg aby wyżej wymienione kolumny posiadały powłokę antybakteryjną potwierdzoną stosownymi dokumentami; prosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne kolumn łatwych do utrzymania czystości bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonanych z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Tak postawiony wymóg umożliwi złożenia oferty tylko jednemu producentowi, pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli złożyć ofertę renomowanemu europejskiemu producentowi.

Odpowiedź: Zamawiający traktuje proponowane rozwiązanie jako równoważne.