



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-12

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Operacyjną o symbolu Ge 5 z możliwością ustawienia temperatury barwowej w zakresie 3000 – 5000K? Z doświadczenia wynika że najczęściej używana wartość to 4500K.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Operacyjną o symbolu Ge 5 w której głębokość oświetlenia dla L1+L2(20%) wynosi 120cm oraz L1+L2(60%) wynosi 60cm?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Lampę Operacyjną o symbolu Ge 5 wyposażoną w kamerę HD przewodową zapewniającą bezzakłócenia przesyłu sygnału Video?

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę Zabiegową o symbolu Ge 8.1 zapewniającą białe światło o naturalnej barwie z temperaturą wynoszącą 4350K? Jest to niewielka różnica od wymaganej nie dostrzegalna w normalnych warunkach pracy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę Zabiegową o symbolu Ge 8.1 o całkowitym natężeniu napromieniowania przy 70000lux wynoszącym 250W/m2?

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną Gg9.2, Kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną Oc2, Sufitową jednostkę zasilającą jedno stanowiskową Gg9 wyposażone w smukłe osłony sufitowe o wymiarach 46x46cm?

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną Gg9.2, Kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną Oc2, Sufitową jednostkę zasilającą jedno stanowiskową Gg9

wyposażone w specjalne tworzywowe nawijacze przewodów zamiast schowków służące do uporządkowania zbędnych przewodów?

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Sufitową jednostkę zasilającą jednostanowiskową Gg9 wyposażoną w wieszak cztero-hakowy na płyny infuzyjne, zawieszony na uchwycie dwuramiennym łamanym o zasięgu 60 cm? Jest to odległość zapewniająca dobrą obsługę pacjenta

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Sufitową jednostkę zasilającą i kolumny wyposażone w półki z szynami bocznymi z dwóch stron do zawieszenia sprzętu dodatkowego z końcówkami zabezpieczonymi odbojnikami które nie powiększają rozmiaru szyny i pozwalają na wsunięcie akcesoriów które nie można założyć w połowie szyny?

Odpowiedź na pyt. od nr 1 do nr 9: Zamawiający w Uzupełnieniu Dokumentacji projektowej oraz w udzielonych odpowiedziach na pytania Wykonawców sprecyzował wymagania stawiane dla sprzętu medycznego. Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający te wymagania.