



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-12

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

1. Proszę o podanie parametrów zasilaczy UPS, ponieważ istnieją rozbieżności pomiędzy opisem technicznym załączonym do dokumentacji przetargowej a dołączonymi schematami.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na to pytanie, poprzez umieszczenie Uzupełnienia Dokumentacji projektowej cz. 2.

2. Proszę o potwierdzenie, że całość wyposażenia wymienionego w dokumencie TECHNOLOGIA – WYKAZ SYMBOLI NA RYSUNKACH jest w zakresie wyposażenia i należy je uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, w zakresie dostawy jest sprzęt medyczny wymieniony w PW Technologia medyczna – wykaz sprzętu do montażu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców.

3. W dokumencie : TECHNOLOGIA – WYKAZ SYMBOLI NA RYSUNKACH brakuje specyfikacji dla niektórych pozycji: regał magazynowy, stolik narzędziowy, szafa kartotekowa, lampa projektor lekarski, stacja do podglądu obrazów cyfrowych, komora laminarna. To tylko kilka przykładów. Prosimy o weryfikację tego dokumentu pod względem zawartości i uzupełnienie opisów wyposażenia.

Odpowiedź: Przywołane w zapytaniu pozycje /za wyjątkiem komory laminarnej / nie są przedmiotem postępowania przetargowego, brak tych pozycji w wykazie symboli nie uniemożliwia sporządzenia oferty przez Wykonawców.

4. Nie wszystkie elementy wyposażenia wyszczególnione w dokumencie TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE MONTAŻU dla poszczególnych pięter znajdują się w dokumencie TECHNOLOGIA – WYKAZ SYMBOLI NA RYSUNKACH. Prosimy zatem o informację, które zestawienie wyposażenia należy brać pod uwagę, czy może oba

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z wcześniej udzielonymi już odpowiedziami informuje, że w zakresie dostawy jest sprzęt medyczny wymieniony w PW Technologia medyczna – wykaz sprzętu do montażu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Lampa zabiegowa sufitowa – Ge8.1

5. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową wiodącego niemieckiego producenta ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4800K?
Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr różni się od wymaganego jedynie o 400K co jest niezauważalne gołym okiem, a dodatkowo nie można stwierdzić który z tych parametrów jest lepszy, dlatego oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.
6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową wiodącego niemieckiego producenta z regulacją płamy świetlnej w zakresie 18-28cm oraz ze współczynnikiem odwzorowania barw $Ra=97$ i współczynnikiem odwzorowywania barwy czerwonej $R9=98$? Pragniemy zauważyć, że wszystkie oferowane parametry są lepsze od wymaganych, dlatego oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Lampa operacyjna– Ge5

7. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną wiodącego niemieckiego producenta ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4800K?
Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr różni się od wymaganego jedynie o 400K co jest niezauważalne gołym okiem, a dodatkowo nie można stwierdzić który z tych parametrów jest lepszy, dlatego oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.
8. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną wiodącego niemieckiego producenta z regulacją płamy świetlnej w zakresie 18-28cm oraz ze współczynnikiem odwzorowania barw $Ra=97$ i współczynnikiem odwzorowywania barwy czerwonej $R9=98$? Pragniemy zauważyć, że wszystkie oferowane parametry są lepsze od wymaganych, dlatego oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.
9. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną wiodącego niemieckiego producenta z jedną z czasz przygotowaną do instalacji kamery FullHD?
Pragniemy zauważyć, że w praktyce klinicznej nie stosuje się jednocześnie dwóch kamer medycznych umieszczonych jednocześnie w dwóch czaszach lampy operacyjnej, dlatego też wymóg przygotowania dwóch czasz do instalacji kamery jest wymogiem zupełnie zbędnym.

Lampa zabiegowa sufitowa – Ge8.1 - Gabinet zabiegów gipsowych

10. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową wiodącego niemieckiego producenta ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4800K?
Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr różni się od wymaganego jedynie o 600K co jest niezauważalne gołym okiem, a dodatkowo nie można stwierdzić który z tych parametrów jest lepszy, dlatego oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.
11. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową wiodącego niemieckiego producenta ze skokową regulacją natężenia w zakresie 50% / 75% / 100% ?

Odpowiedź na pyt. od nr 5 do nr 11: Zamawiający w Uzupełnieniu Dokumentacji projektowej oraz w udzielonych odpowiedziach na pytania Wykonawców sprecyzował wymagania stawiane dla sprzętu medycznego. Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający te wymagania.