



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-18

Z/ZZP.2375.12.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic oraz różnych materiałów medycznych jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 22.06.2018r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 4 pozycje: 5, 8, 12, 13, 17 i utworzy oddzielny pakiet, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 Jednorazową szczoteczkę do kanału biopsyjnego, dwustronną; długość kateteru 240cm; średnica kateteru 1,65mm; długość szczoteczek 13mm; średnica szczoteczek 5mm; pakowane po 50 szt.; z plastikową, atraumatyczną kuleczką na końcach.

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 Jednorazowe kleszcze biopsyjne o standardowej lub zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2 lub 2.4mm; długość 240cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8, pakowane po 20szt.

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 12 Jednorazowe owalne pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego i średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść z systemem Short Throw (system pozwalający na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ułatwiającym i zwiększającym efektywność wykonania zabiegu przez zespół endoskopowy) średnica pętli 13 mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4mm, pakowane po 5, 20 lub 40szt; lub pętle do polipektomii, okrągłe, jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu; dł. robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 15mm; pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiające polipektomię na zimno

w celu usunięcia polipa bez konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia, pakowane o 10, 20 lub 40szt.?

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 Jednorazowe owalne pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego i średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść z systemem Short Throw (system pozwalający na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ułatwiającym i zwiększającym efektywność wykonania zabiegu przez zespół endoskopowy) średnica pętli 27 mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4mm, pakowane po 5, 20 lub 40szt. lub pętle do polipektomii, okrągłe, jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu; dł. robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 25mm; pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiający polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia, pakowane po 10, 20 lub 40szt.

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 17 Jednorazowe szczoteczki, dwustronna: z jednej strony standardowa szczoteczka o długości 13mm i średnicy 5mm, z drugiej szczoteczka do czyszczenia zaworów o długości 40mm i średnicy 10mm; długość kateteru 240cm; średnica kateteru 1,65mm; pakowane po 50 szt.

Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty wydzieli pozycje 1, 2, 5 i 13 i utworzenie osobnego pakietu?

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 Prowadniki do dróg żółciowych, z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym przewodniku (po obu stronach przewodnicy); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025`` - końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0.035" - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta , prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta (260 cm), sztywność standardowa i usztywniona; długości , 450 cm i 260 cm, pakowane po 2szt.

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 jednorazowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złożeń; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; posiadający „kwadratowe ramiona” ułatwiające usunięcie złożeń, dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu ; Współpracujące z przewodnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji.

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym

na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika .Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, dl. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z przewodnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35 mm

Czy, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rotacja 1:1 w obu kierunkach dzięki pokrętle zamocowanemu na klipsownicy; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155cm i 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1, 10, 20 lub 40szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ