



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-19

Z/ZZP.2375.12.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic oraz różnych materiałów medycznych jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 22.06.2018r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pyt. 1 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wydzieli do odrębnego pakietu np. 4A

pozycje 5 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 10 i/lub 12 i/lub 13 oraz dopuści:

dotyczy poz nr 5 Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów;

długość robocza 2300mm; długość włosia 20mm; średnica włosia 5mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do

kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu

dotyczy poz nr 7 Igły endoskopowe jednorazowego użytku, dł. ostrza 5 mm, średnica 22G, dł. robocza 230 cm., min. śr. kanału roboczego 2,8 mm 10 sztuk w opakowaniu

dotyczy poz nr 8 Szczypce biopsyjne 1 x uż., łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o taperowanych i gładkich krawędziach, niebieska teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, dł. narzędzia 2300 mm, śr. części wprowadzonej do endoskopu 2,30 mm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, sterylne, pojedynczo pakowane, sterylizowane tlenkiem etylenu 10 sztuk w opakowaniu

dotyczy poz nr 10 Szczypce biopsyjne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, łyżeczki owalne

z okienkiem i igłą, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm, długość narzędzia 230 cm,

10 szt.

w opakowaniu

dotyczy poz nr 12 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść

skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu

2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach

dotyczy poz nr 13 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 24 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść

skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu

2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.

Pyt. 2 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wydzieli do odrębnego pakietu np. 4A

pozycje 2 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 10 i/lub13 oraz dopuści:

dotyczy poz nr 2

Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów długość narzędzia 2000mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 6

Jednorazowe Trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i dróg żółciowych; załadowana przewodnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm, 8-9-10 mm, 10-11-12mm, 12- 13,5-15mm, 15-16,5- 18mm, 18-19-20mm; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55mm; długość przewodnika 2300mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm.

Poz. 10

Prosta proteza plastikowa wykonana z polietylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 13

Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1950 lub 2300mm; bez osłonki plastikowej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ