



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-08-13

Z/ZZP.2375.14.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 28.08.2018r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Czy Zamawiający w zad 13 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewnik do trombektomii znanego amerykańskiego producenta:

- cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi
- cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej
- cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F o świetle 0,070" i 7F o świetle 0,078"
- długość robocza cewnika 138 cm
- cewnik wzmocniony (wtopiony podłużny popychacz)
- pokrycie hydrofilne na dystalnych 18 cm cewnika
- rozmiar kanału ekstrakcyjnego 1,25 mm² dla 6F i 1,45 mm² dla 7F
- marker 2mm od końcówki dystalnej
- szybkość aspiracji 1,79 ml/sek dla 6F i 2,82 ml/sek dla 7F
- 2 markery dostępowe na szafcie, dobrze widoczne w skopii na 95 i 105cm
- opatentowana stożkowa końcówka Silva, centrująca się samodzielnie, aby chronić ścianę naczynia w trakcie wprowadzania i aspiracji
- w zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna z blokadą; 1x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości 20cm?

2. Prosimy o podanie wielkości komisju dla pakietu 33

ODPOWIEDZI:

Ad pyt. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad pyt. 2

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych z podziałem na 15 zadań.

W związku z powyższym pytanie jest bezzasadne.