



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-08-13

Z/ZZP.2375.14.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 28.08.2018r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Zadanie nr 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i dopuści stenty wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego:

- dawka leku Sirolimus wynosi 1,4µg/mm²,
- platforma stentu L605 Co-Cr
- na stent nałożono powłokę z biokompatybilnego fluoro-polimeru i Sirolimusu
- grubość prześłu stentu: 0,0029” dla średnic 2.0 mm - 2.5 mm
0,0031” dla średnic 2.75 mm – 3.5 mm
0,0033” dla średnic 4.0 mm – 4.5 mm
- długości: 9, 14, 16, 19, 24, 29, 34, 39 mm
- średnice: 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
- ciśnienie nominalne: 9-12 atm?

Zadanie nr 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i dopuści cewnik aspiracyjny w systemie szybkiej wymiany Rx, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 i 7 F, o następujących parametrach:

- zdolność aspiracyjna 96 cc/min dla 6F oraz 168 cc/min dla 7F
- powierzchnia światła ekstrakcji (proksymalnie) 0,95mm² dla 6F oraz 1,54mm² dla 7F
- powierzchnia światła ekstrakcji (dystalnie) 0,93mm² dla 6F oraz 1,43mm² dla 7F
- zewnętrzna średnica 0,067" (1,70mm) dla 6F oraz 0,078" (1,98mm) dla 7F
- wewnętrzna średnica 0,044" (1,12mm) dla 6F oraz 0,052" (1,33mm) dla 7F
- długość sekcji Rx 25 cm
- długość robocza 145 cm
- kompatybilny przewodnik 0,014”
- zawartość zestawu: cewnik aspiracyjny, usztywniający mandryn, kranik, przedłużacz, 2 koszyczki filtrujące, 1 x strzykawka aspiracyjna z blokadą 50/60cc ?

ODPOWIEDZI:

Ad pyt. 1 – zadanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad pyt. 2 – zadanie nr 13

Zamawiający dopuści cewniki o parametrach wykazanych w zapytaniu.