



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-08-20

Z/ZZP.2375.14.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 28.08.2018r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

Formularz asortymentowo – cenowy – zadanie nr 10 poz.3

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na stenty DES z lekiem umieszczonym na biodegradowalnym polimerze o parametrach:

- platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego L605
- biodegradowalny polimer, biodegradacja polimeru w ciągu ok 8 tygodni
- pokrycie stentu polimerem z lekiem sirolimus
- dł. Robocza shaftu 140 cm, system dostarczania stentu typu RX, kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- wysoka siła radialna 1,24 bar
- dostępne długości stentu: 8-40mm
- dostępne średnice stentu: 2,25 – 4,5mm
- profil przejścia 0,034” dla średnicy 3,0mm
- profil wejścia: 0,017”
- stent zamontowany na balonie semi-compliant
- ciśnienie nominalne 10 atm
- RBP 16 atm
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści stenty o parametrach wykazanych w zapytaniu.