



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 22.11.2018.

Z/ZPP.2375.22.18

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 26.11.2018 roku)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Zadanie 2, pozycje 1-3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych cenowo ofert.

Zadanie 2, pozycja 1

Zwracam się z prośbą o umożliwienia złożenia ważnej oferty na kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego; posiadającą 4 paski radiocieniujące, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem, w rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	310
Szary	16 G	1,70 x 45	200
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45	100
		1,20 x 38	105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38

Zadanie 2, pozycja 2

Zwracam się z prośbą o umożliwienia złożenia ważnej oferty na kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP (teflon) wolną od DEHP, posiadającą dwa paski radiocieniujące, wyposażoną w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Mechanizm zabezpieczający końcówkę igły wykonany z polimerów całkowicie zamyka ostrze i światło igły; mechanizm wolny od elementów ostrych, metalowych.

Opakowanie jednostkowe zabezpiecza przed utratą jałowości.

Kaniula w rozmiarach:

Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	90 m/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	56 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Zadanie 2, pozycja 3

Zwracam się z prośbą o odstąpienia od wymogu aby zaoferowane koreczki do kaniul pochodziły od tego samego producenta co zaoferowane kaniule.

Koreczki produkowane są zgodnie z normą ISO 594-1, co gwarantuje szczelność i kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi na rynku kaniulami bez względu na ich producenta.

Zadanie 2, pozycja 3

Zawracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane koreczki do kaniul posiadały trzpień poniżej własnej krawędzi w celu zabezpieczenia przed przypadkową kontaminacją.

ODPOWIEDZI:

Z treści zadanych pytań wynika, że zapytania dotyczą zadania 3, dlatego udzielamy odpowiedzi w zakresie zadania nr 3:

Ad pyt. Zadanie 3 pozycja 1-3, zadanie 3 pozycja 1, zadanie 3 pozycja 2, zadanie 3 pozycja 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pyt. Zadanie 3 pozycja 3.

Zgodnie z zapisami SIWZ.