



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2019-02-20

Z/ZPP.2375.5.19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych (z terminem składania ofert w dniu 22.02.2019r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylne zestawu o następujących parametrach: Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylne zestawu o następujących parametrach: Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Pakiet 1 poz. 6-9,15

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 60cm ?

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 75cm x 90cm ?

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 210cm x 150cm ?

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 45cm x 45cm ?

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 37cm x 45cm ?

Pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm ?

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m²?

Pakiet 1 poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny owinięty w serwetę włókninową?

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z zapięciem typu rzep w okolicy karku (dwuczęściowy: lewy rzep – 3cm x 13cm, prawy 3cm x 7cm)?

Pakiet 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m² , z nieprzemakalnymi wstawkami o gramaturze 40g/m²?

Pakiet 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjnego o następujących parametrach:

- Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- Spodnie z trokami
- Kolor: niebieski
- Niejałowe
- Spełniające pozostałe parametry

Pakiet 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wym. 50cm x 70cm o średnicy 6cm x 8cm bądź 7cm?

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści klapki włókninowe?

Pakiet 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści piżamę, w której spodnie posiadają troki zamiast gumki?

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. handlowe a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w talii oraz przy szyi?

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do ablacji o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12 x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 85 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na aparaturę medyczna o średnicy 80 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDZI:

Ad. Pakiet nr 1 poz. 4, poz. 5

Tak

Ad. Pakiet nr 1 poz. 6-9, 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet nr 1 poz. 6, 7, 8, 9

Tak

Ad. Pakiet nr 1 poz. 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet nr 1 poz. 11

Zamawiający, nie dopuści fartucha o gramaturze 35g/m²

Ad. Pakiet nr 1 poz. 11-12

Tak

Ad. Pakiet nr 1 poz. 11

Tak, Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem typu rzep w okolicy karku

Ad. Pakiet nr 1 poz. 12, 13, 15

Tak

Ad. Pakiet nr 2 poz. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet nr 2 poz. 6

Nie

Ad. Pakiet nr 2 poz. 12

Tak

Ad. Pakiet nr 4 poz. 1

Tak

Ad. Pakiet nr 4 poz. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet nr 9 poz. 1
Tak