



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2019-02-20

Z/ZP.2375.5.19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych (z terminem składania ofert w dniu 22.02.2019r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

- 1. Pakiet 1 pozycja 5:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, którego obszar chłonny posiada gramaturę 109,5g/m²?
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami s.i.w.z.
- 2. Pakiet 1 poz. 11** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego ze wstawkami, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m²? Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru, z białą lamówką pod szyją. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie zewnętrzne posiada dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.
- 3. Pakiet 1 pozycja 12:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego ze wstawkami, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m²? Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki, mocowane punktowo, wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 42 g/m² i na rękawach 40,5 g/m², Fartuch jest złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru, z białą lamówką po szyją. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie zewnętrzne posiada dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Pakiet 1 poz. 13: Czy można zaoferować komplety chirurgiczne w kolorze zielonym?

ODPOWIEDZI:

Ad. Pakiet nr 1 poz. 5

Tak

Ad. Pakiet nr 1 poz. 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. Pakiet nr 1 poz. 12

Tak

Ad. Pakiet nr 1 poz. 13

Tak