



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2019-07-02

Z/ZP.2375.11.19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 05.07.2019r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie do pakietu 2 pozycji 1: Czy zamawiający dopuści Flocare® zgłębnik gastrostomijny (G- Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniодajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie do pakietu 2 pozycji 2: Czy zamawiający dopuści Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniодajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniодajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do

przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 1 dotyczące pakietu nr 5 oraz zapisów umowy i SIWZ rozdział I pkt. 2, rozdział III pkt.: 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 5 drobnego wyposażenia (np. poz. 15 filtry do ssaka), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa SIWZ rozdział III pkt.: 5

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy i SIWZ rozdział XIII pkt. 2: termin dostawy: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ rozdział XIII pkt. 2, prosimy o potwierdzenie, że podane terminy liczone są w dniach roboczych zgodnie z zapisami formularza ofertowego (załącznik n 1 do SIWZ) pkt. 2 oraz zapisami umowy paragraf 2 ustęp 3?

Tak, podane terminy liczone są w dniach roboczych

Taki zapis został zamieszczony w SIWZ Rozdział II pkt. 2

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy i SIWZ rozdział XIII pkt. 2: termin dostawy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych?

Tak, podane terminy będą liczone w dniach roboczych

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów w wersji prostej, z cewnikami w rozmiarze 12F, 14F 16F, 18F, 20F, 22F i 24F, objętość balonu 5 ml dla rozmiaru 12F i 14F, dla pozostałych objętość 20 ml.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 6

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonego PTFE z optycznymi znacznikami głębokości na końcu dystalnym i proksymalnym, rozmiar łopatek 2,8 mm x 3,86 minimum i rozwarciu łopatek minimum 8 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli plecionych z drutu o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy typu zęb szczura i aligator, powleczonych PTFE, średnica rozwarcia ramion 8 mm lub 9 mm, średnica narzędzia 2,4 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie balonów ekstrakcyjnych ze zmienną średnicą balonu 12mm/ 15 mm/ 18 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o długości roboczej 2000 mm, średnica zewnętrzna 2,3 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie żelu w opakowaniach o pojemności 100 ml, w opakowaniu 24 sztuki.

Tak

8. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie koszy do kanału roboczego o średnicy 3,8 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ