



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2019-10-14

Z/ZZP.2375.18.19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów i materiałów diagnostycznych dla Pracowni Radiologii Zabiegowej (z terminem składania ofert w dniu 22.10.2019r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 1 ust. 4 projektu umowy wprowadzającego 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego” na „...od dnia jej uznania”.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy

**PYTANIE:**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt. b), c):

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,5% wartości **brutto** niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy;**

za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w § 1 ust. 5 w wysokości 0,1% wartości **brutto wadliwej** dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy.**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy

**PYTANIE:**

**Pyt. 1 dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy, Zadanie nr 1, poz. 1 i 4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 oraz 4 z zadania nr 1 do osobnego zadania, np. Zadania nr 1A.

Dzięki takiemu podziałowi nasza firma, będzie w stanie złożyć ważną ofertę, co przyczyni się do uzyskania korzystniejszych cen na poszczególne pozycje w/w pakietu. Alternatywnie

prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w ramach tego zadania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**PYTANIE:**

Czy Zamawiający wydzieli z zad 8 poz 1?

Czy Zamawiający w zad 8 wyrazi zgodę na złożenie oferty na mikrocewnik do zmian złożonych i CTO:

1. do podawania kontrastu, do przechodzenia okluzji, do wymiany przewodnika, wsparcie dla przewodnika
2. cewnik o cienkiej ścianie, zbrojony stalową siateczką na całej długości
3. kompatybilny z przewodnikiem 0,014 inch
4. miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka z widocznym markerem
5. zwężane światło wewnętrzne:  
średnica dystalna nie większa niż 0,018``  
średnica proksymalna nie większa 0,021``
6. średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8 F (dystalnie) / nie większa niż 2,6F (proksymalnie)
7. dostępne długości 130 i 150 cm?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**PYTANIE:**

Czy Zamawiający w zad 9 wyrazi zgodę na złożenie oferty na balon do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej znanego amerykańskiego producenta:

1. Kompatybilny z konsolami Arrow i Datascope. Do konsoli Arrow nie jest wymagane oddzielne złącze
2. Zbudowany z atrombogenicznych materiałów
3. Dostępne rozmiary balonów – 7 F, 7,5 F, 8 F
4. Pojemności dla 7 F – 30 ml
5. Pojemność dla 7,5 F – 30ml, 40ml
5. Pojemności dla 8 F – 30 ml, 40 ml
6. Zestaw: dwa przewodniki, koszulka z rozszerzaczami, igła, strzykawka, jednokierunkowa zastawka, kranik trójdrożny, linia do monitorowania ciśnienia, skalpel

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ