



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-06-30

Z/ZP.2375.12.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Kardiomonitorów – 4 szt. + Centrala do kardiomonitorów– 1 szt., Respirator transportowy – 1 szt., Defibrylator – 3 szt., Wózek transportowy dla pacjenta- 5 szt., Szafka przyłóżkowa ze stolikiem typu „przyjaciel” – 4 szt. (z terminem składania ofert w dniu 03.07.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy: zadanie nr 4 – Wózek transportowy dla pacjenta – 5 szt.

1. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wymiary leża 1960 x 655 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w duże koła zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny przy manewrowaniu wózkiem, koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach wózka; wózek wyposażony w cztery koła, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego zwiększającego zwrotności wózka (bez konieczności stosowania 5-tego koła jako kierunkowego)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści składane barierki boczne stalowe lakierowane proszkowo z wykończeniem z tworzywa, jednostopniowe zabezpieczenie opuszczania barierki bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem (opuszczanie barierki wspomagane sprężynami gazowymi w celu zabezpieczenia przed gwałtownym opadaniem); opuszczenie barierki bocznych do poziomu materaca, barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości wózka?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wieszak kroplówki z regulacją wysokości i 4 haczykami z możliwością jego zamocowania w czterech narożnikach wózka?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy pacjenta w składane pod leże uchwyty z mechanizmem samoblokującym do transportu, posiadające tworzywowe nakładki; od strony nóg pacjenta uchwyt do prowadzenia w kształcie pałąka?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści listwy odbojowe po bokach wózka oraz krążki odbojowe w narożnikach wózka?

TAK

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający wymiary całkowite 2130 mm x 800 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający leże o wymiarach 1920 mm x 630 mm?

TAK

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada regulacje wysokości w zakresie 565 mm – 895 mm?

TAK

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada dźwignie hamulca zlokalizowaną z dwóch krótszych stron wózka (od strony nóg oraz głowy) ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który współpracuje z ramieniem C na całej długości wózka lecz tylko w pozycji leżącej pacjenta?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie posiada możliwości wykonywania zdjęć RTG w pozycji siedzącej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający tworzywowe nakładki które służą do łączenia szczebli w poręczach?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie posiada tworzywowych nakładek na barierkach bocznych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w składany wieszak kroplówki kładziony na ramę wózka jednak bez składanych haczyków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający składany szczyt pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu wyposażony w tworzywowe nakładki, szczyt od strony nóg posiadający tworzywowe nakładki zamocowany na stałe?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie nr 3- Defibrylator- 3 szt.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w tryb AED zgodny z najnowszymi wytycznymi z 2015 roku, z możliwością aktualizacji, który zgodnie z nimi wykrywa rytmy podlegające i niepodlegające defibrylacji?

Wytyczne te nie stawiają wymagań dotyczącego wykrywania ruchu pacjenta.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.10. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 21 stopniowym poziomem dostępności energii (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,150,170,200,300,360J)?

Powyższe zakresy dostępności energii stosowane są u większości renomowanych producentów defibrylatorów i w sposób wystarczający zgodnie z najnowszymi wytycznymi pozwalają na użycie odpowiedniej energii defibrylacji u dorosłych, dzieci oraz noworodków.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który wykonuje codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej i jednocześnie z zasilania zewnętrznego 230V?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.21. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresy wzmocnienia sygnału EKG na 6 poziomach od 0,25 do 4 cm/Mv (x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie nr 4. Wózek transportowy

Punkt 4

- Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka 2210 x 800 mm, nieznacznie różniące się od wymaganego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1990 x 650 mm, nieznacznie różniące się od wymaganego ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Zadanie Nr 4 - Wózek transportowy dla pacjenta- 5 szt. Zestawienie parametrów techniczno – granicznych

pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy dla pacjenta o wymiarach zewnętrznych 2130 x 830 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

pkt 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy dla pacjenta z manualną regulacją wysokości za pomocą oleodynamicznej pompy hydraulicznej w zakresie 560 – 880 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

pkt 7 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy z regulacją przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anti-Trendelenburga w zakresie 0° – 12° ?

TAK

pkt 13 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek transportowy dla pacjenta wyposażony w barierki stalowe pokryte warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji antybakteryjnej składane wzdłuż leża, bez tworzywowych nakładek?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

pkt 14 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy dla pacjenta wyposażony w składane poniżej poziomu leża uchwyty do prowadzenia z tworzywowymi nakładkami pełniące funkcje szczytów?

TAK

SIWZ

Dotyczy rozdziału II

Pytanie nr 1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy na respiratory do 10.12.2020r. ze względu na zmienne terminy łańcuchów dostaw sprzętu medycznego oraz dedykowanych akcesoriów od producenta wykorzystywanych w walce z pandemią COVID-19.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

SIWZ

Dotyczy rozdziału X

Pytanie nr 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego rekomenduje Urząd Zamówień Publicznych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Dotyczy §1

Pytanie nr 3. Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju i na świecie wnosimy o wpisanie do wzoru umowy pod §1 ust. 2 poniższego ustępu :

§1 ust. 3.

Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia upływu określonego w niej terminu dostawy urzędzeń wystąpi niezależna od Wykonawcy przeszkoda uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie dostawy urzędzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, termin dostawy ulega zawieszeniu na okres trwania tej przeszkody, i zaczyna biec na nowo po jej ustaniu. Za niezależne od Wykonawcy przeszkody uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie dostawy urzędzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy strony uznają szczególności wszelkie decyzje władz publicznych związane z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający, nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Pytanie nr 4. Prosimy o uwzględnienie obecnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju i na świecie i występującej w związku z nią siły wyższej oraz wpisanie do wzoru umowy

poniższego ustępu regulującego przeszkody wpływające na terminowość realizacji usług w przypadku występowania siły wyższej:

§9.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

Strony są zobligowane do niezwłocznego informowania się o wystąpieniu siły wyższej mającej wpływ na realizację zapisów umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy. Wskazujemy, że w § 6 mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, siła wyższa wyłącza co do zasady wszelką odpowiedzialność [tak SN 11.01.2001, IV CKN 150/00]. Przepisy prawa cywilnego regulują zatem w sposób wyczerpujący konsekwencje niewykonania zobowiązania w efekcie zadziałania siły wyższej.

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o wymiarach:

- długość całkowita: 2170mm,
- szerokość całkowita: 840mm,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o wymiarach:

- długość całkowita: 2170mm,
- szerokość całkowita: 810mm,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o wymiarach leża:

- długość leża: 1990mm,
- szerokość leża: 600mm,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych z hydraulicznie regulowaną wysokością w zakresie: 560-870mm, za pomocą obustronnej dźwigni nożnej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego leże wykonano z wysokiej jakości tworzywa HPL, przeziernie dla promieni RTG na całej długości, wyposażone w prowadnicę na kasetę RTG, bez możliwości wykonywania zdjęć w pozycji siedzącej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, współpracujący z ramieniem C na całej długości w pozycji leżącej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, wyposażony w składane bariery boczne ze stali nierdzewnej z tworzywowymi nakładkami, z dwustopniowym zabezpieczeniem opuszczania za pomocą dźwigni niedostępnej dla pacjenta, opuszczane poniżej poziomu materaca, nie powodujące zwiększenia szerokości wózka?

TAK

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, wyposażony w wieszak kroplówek z możliwością zamocowania w dowolnym narożniku wózka, z chromowanymi haczykami?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu 4. Wózek transportowy dla pacjenta - 5szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, który od strony głowy pacjenta posiada składane poniżej poziomu materaca uchwyty do prowadzenia z systemem samo-blokującym, natomiast od strony nóg wózek wyposażony w demontowany szczyt ze stalowej rury lakierowanej proszkowo – demontowalnej bez użycia narzędzi

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ