



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-06-30

Z/ZZP.2375.13.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do znieczulenia – 2 szt., łóżek szpitalnych do intensywnego nadzoru – 4 szt., wideolaryngoskopów – 2 szt. (z terminem składania ofert w dniu 03.07.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

1. Zadanie nr 1 Pkt 30 i 31 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i wymaga w pkt 30 oraz pkt 31 odpowiednio „tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC” oraz „tryb wentylacji objętościowo zmienny VC”?  
**Odpowiedź: TAK.**
2. Zadanie nr 1 Pkt 42 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zakres objętości oddechowej w zakresie 5 - 1500ml w trybie ciśnieniowym oraz 20 - 1500ml w trybie objętościowym?  
**Odpowiedź: TAK.**
3. Zadanie nr 1 Pkt 88 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętko i ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie?  
**Odpowiedź: TAK.**
4. Dotyczy SIWZ  
Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?  
**Odpowiedź: TAK.**
5. **Dotyczy wzoru umowy § 4**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zdania do par. 4 pkt. 1 b) „nie więcej jednak niż 10% wartości umowy”  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.**
6. Zadanie nr 2 Pkt 66  
Czy w związku z faktem, że Zamawiający nie wymaga i nie oczekuje aby materac wyposażony był w funkcję zarządzania mikroklimatem, odstąpi on od wymogu posiadania przez pompę kontrolki sygnalizacyjnej zarządzania mikroklimatem?  
**Odpowiedź: TAK.**

7. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 5) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka bez przedłużenia leża 222 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
8. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 5) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka bez przedłużenia leża 226 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w Zadaniu nr 2 w pkt. 9?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
10. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 83 cm (dla podwójnych kółek 150 mm)?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
11. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 13) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome, segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?  
**Odpowiedź: TAK.**
12. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 14) Zamawiający dopuści konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 17,5 cm (dla podwójnych kółek 150 mm)?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
13. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 15) Zamawiający dopuści ograniczniki materaca zapobiegające jego przemieszczaniu umieszczone po bokach leża łóżka?  
**Odpowiedź: TAK.**
14. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 19) Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża  $0^{\circ}$  –  $45^{\circ}$ ?  
**Odpowiedź: TAK.**
15. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 20) Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża, manualna regulacja segmentu podudzia  $0^{\circ}$  –  $18^{\circ}$ ?  
**Odpowiedź: TAK.**
16. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 29) Zamawiający dopuści 4 podwójne koła (w tym jedno antystatyczne, kierunkowe) o średnicy 150 mm?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
17. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 33) Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
18. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 34) Zamawiający dopuści barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta  $30^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$  i  $90^{\circ}$  oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej, wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
19. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ruchomy szczyt górny?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

20. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 43) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
21. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w chwyt na pasy do unieruchomienia pacjenta opisane w Zadaniu nr 2 w pkt. 43?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
22. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 45) Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie robocze 265 kg?  
**Odpowiedź: TAK.**
23. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 48) Zamawiający dopuści materac o długości 200 cm i szerokości 85 cm (dopasowane do wymiarów leża oferowanego leża łóżka)?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
24. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 49) Zamawiający dopuści grubość materaca 20 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
25. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 50) Zamawiający dopuści wagę materaca 8,5 kg?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
26. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 51) Zamawiający dopuści wagę modułu sterującego 5 kg?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
27. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 52) Zamawiający dopuści materac przeciwoślizgowy zmienociśnieniowy wyposażony w 20 niezależnych, wymiennych komór, ułożonych poprzecznie (komory o wysokiej wytrzymałości, nylonowo – poliuretanowe, zamknięte hermetycznie.); każda komora podzielona na 2 części, sekcja dolna o grubości 7 cm i stałym ciśnieniu pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka styczeńności pacjenta z łóżkiem; 4 pierwsze komory w części głowy statyczne, utrzymujące zawsze stałe ciśnienie w celu zapewnienia komfortu pacjenta?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
28. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 54) Zamawiający dopuści materac pracujący w trybie zmiennociśnieniowym, w którym komory są napełniane naprzemiennie w parach, terapia trwa w cyklach czasowych 10/15/20/25 min. oraz trybie statycznym, który zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach, funkcja ustawiana przez personel w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
29. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 55) Zamawiający dopuści materac z możliwością natychmiastowego utwardzania powierzchni materaca w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych, po 30 minutach powraca automatycznie do ustawień pierwotnych?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
30. Czy Zamawiający dopuści materac nie posiadający parametru opisanego w Zadaniu nr 2 w pkt. 57?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
31. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 59) Zamawiający dopuści limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej 250 kg?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
32. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 61) Zamawiający dopuści manualny zawór CPR w sekcji pleców?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

33. Czy Zamawiający dopuści materac nie posiadający parametru opisanego w Zadaniu nr 2 w pkt. 62?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

34. Czy Zamawiający dopuści materac nie posiadający parametru opisanego w Zadaniu nr 2 w pkt. 63?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

35. Czy Zamawiający dopuści materac nie posiadający parametru opisanego w Zadaniu nr 2 w pkt. 64?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

36. Czy w Zadaniu nr 2 (w pkt. 65, 66) Zamawiający dopuści pompę materaca o poniższych parametrach:

- wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia, alarm awarii zasilania i alarm awarii systemu
- zakres poziomu ciśnienia 10-50 mmHg
- poziom hałasu pompy zasilającej 25 dB
- minimalna moc napełniania 12 l/min.
- stopień i typ ochrony klasa I/Typ BF/ IP21?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dopuszczając brak kontrolki sygnalizacyjnej: „Zarządzanie mikroklimatem”(w pkt 66).**

37. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.5. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej łóżka bez przedłużenia leża 222 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

38. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.9. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne bez sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowanej podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

39. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.12. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne o konstrukcji leża opartej na 2 kolumnach cylindrycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

40. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.15. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne posiadające dopasowane klamry obejmujące i stabilizujące materac, zapobiegające jego przemieszczaniu

**Odpowiedź: TAK.**

41. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.17. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne gdzie zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża wynosi 0-72°? Parametr ten jest lepszy w stosunku do wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

42. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.19. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne gdzie zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-45°? Parametr ten jest lepszy w stosunku do wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź: TAK.**

43. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.20. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne gdzie zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża, manualna regulacja segmentu podudzia 0 do -22°? Parametr ten jest lepszy w stosunku do wymagań Zamawiającego.  
**Odpowiedź: TAK.**
44. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.24. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne gdzie zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi (-16°) - (+16°) ?  
**Odpowiedź: TAK.**
45. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.33. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści łóżko szpitalne gdzie barierki boczne podwójne, dzielone, poruszają się wraz z segmentami leża w części pleców, zapewniając ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
46. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.52. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści materac o równoważnych parametrach składający się z trzech stref: 1 strefa: sekcja głowy, druga strefa sekcja klatki piersiowej, krzyżowej i ud oraz trzecia strefa- pięt?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
47. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.61. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści materac wyposażony w manualny zawór CPR w sekcji głowy?  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
48. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.65. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści pompę do materaca o parametrach równoważnych bez przycisku wyjścia pacjenta?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
49. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pkt.66. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH dopuści pompę do materaca wyposażoną w kontrolki sygnalizacyjne; CPR, Blokada bezpieczeństwa, Tryb zmiennego niskiego ciśnienia (w zależności od wybranej opcji), Wskaźnik wyboru stopnia odleżyn, Wskaźnik wyboru czasu cyklu, Alarm awarii zasilania sieciowego, Alarm awarii materaca?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dopuszczając brak kontrolki sygnalizacyjnej: „Zarządzanie mikroklimatem”.**

### **Zadanie Nr 3 - Wideolaryngoskop – 2 szt.**

W tabeli PARAMETRY URZĄDZENIA w podpunktach od 1 do 57:

Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach:

1. Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘
2. Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji
3. Adapter wideolaryngoskopu wyposażony źródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptory dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.

4. Wskaźnik stanu naładowania baterii.
5. Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.
6. System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.
7. Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g ( w zależności od rozmiaru łyżki)
8. Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.
9. Na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3- 100 szt. Przeznaczone do procedur na osobach dorosłych.
10. Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.
11. Instrukcja obsługi i menu w języku polskim
12. Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi
13. Zestaw składa się z wyświetlacza, adaptera dla dorosłych, adaptera do dzieci, 6 łyżek: rozm 1 -1szt, rozm 2 z kanałem na rurkę intubacyjną – 1szt, rozm 2 bez kanału – 1szt, rozm 3 z kanałem na rurkę intubacyjną – 1szt, rozm 3 bez kanału – 1szt,

**Odpowiedź: Zadanie nr 3 pkt 1-13 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**