



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-07-07

Z/ZP.2375.14.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Zestawu laparoskopowego chirurgicznego - 1 szt., Ssak chirurgiczny mobilny (ssak elektryczny) – 3 szt., Monitory -2 szt.+ endoskopy 1 x uż. – 40 szt. do trudnej intubacji (z terminem składania ofert w dniu 10.07.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytania dotyczą: Ssak chirurgiczny mobilny (ssak elektryczny)

Pyt. 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny który ze względu na swoją konstrukcję posiada płynną regulację mocy ssania za pomocy pokrętkła?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny o wydajności maksymalnej 38 L/min? Jest to wartość praktycznie wystarczająca do wszelkich zadań związanych z fizjologią ludzką.

Dodatkowo płynna regulacja umożliwi komfortową pracę w każdych warunkach leczenia szpitalnego.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z zakresem podciśnienia wytwarzanego przez pompę w zakresie do 90 kPa? Parametr jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego i nie będzie miał wpływu na jakość pracy.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny który ze względu na swoją konstrukcję silnika posiada 1250 obrotów przy 50Hz oraz 1500 obrotów przy 60Hz częstotliwości prądu?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pyt. 10 i 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga regulatora membranowego do ustawiania podciśnienia natomiast posiada regulator iglicowy który jest zdecydowanie mniej awaryjny od membranowego?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pyt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny ze zbiornikiem 2 litrowym oraz posiadający dostosowane do niego wkłady jednorazowe? Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia w zbiorniki 4L.

**TAK**

Pyt. 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny o wadze 12 kg natomiast z wózkiem o wadze 21 kg? Ze względu na budowę oraz jakość ssaka i podstawy jezdnej różnica w wadze nie będzie miała żadnego wpływu na jakość w pracy urządzenia oraz poprawi jego stabilność.

**TAK**

*Zad. 2 poz. 32*

Czy Zamawiający miał na myśli bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi ssaka elektrycznego?

**TAK**