



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-07-22

Z/ZPP.2375.17.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia łazienek (z terminem składania ofert w dniu 24.07.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe ze znakiem CE, potwierdzonym deklaracją zgodności producenta? Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem nie ma wymogu wystawiania certyfikatu CE dla wyrobów medycznych klasy pierwszej, jakimi są lampy zabiegowe.

TAK

Pytania:

Dotyczy ZADANIE Nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH Dozownik na dezynfekcję – 163 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści dozownik łokciowy Dermados Ecolab 0.5 l w kolorze białym z trzema zakresami dozowania: 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml oraz wymiarach 10 cm x 12 cm x 24 cm (szer x gł x wys)? Opisany dozownik w chwili obecnej jest niedostępny w sprzedaży, producent Faneco na chwilę obecną nie podaje terminu wznowienia produkcji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy ZADANIE Nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH Lustro – 32 szt.

Czy Zamawiający dopuści lustro z fazowanymi brzegami o wymiarach 40 cm x 60 cm, grubości lustra 4 mm, szerokości fazy 14 mm?

TAK