

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W RZESZOWIE
35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16
TEL./17/86-43-312, FAX./17/850-70-53
NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840

Rzeszów, dnia 16.07.2020r.

ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2375.17.20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia łazienek

CPV 33192000-2, 39831700-3, 38622000-1

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

Specyfikację zatwierdza: _____

ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych oraz wyposażenia łazienek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
2. Zamawiający wymaga aby aparaty posiadały aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa – (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu aparatów medycznych, wpis do rejestru wyrobów medycznych, Deklaracja zgodności, CE itp.)
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość zadań 2. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Termin płatności - **do 60 dni** od daty dostarczenia towaru wraz z Fakturą VAT oraz protokołem odbioru.
6. Uwaga: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. **7.00 – 14.35**.

ROZDZIAŁ II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Do 60 dni od daty podpisania umowy.

Przy dostawie wymagana Faktura VAT wraz z protokołem odbioru.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu -Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale IV SIWZ.
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 2 niniejszego rozdziału
2. Minimalne poziomy zdolności - warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe
 - a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
 - b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
 - c) zdolność techniczna lub zawodowa: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
3. Uregulowania dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 - wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
 - wykorzystanie przez wykonawcę potencjału podmiotu trzeciego odbywa się zgodnie z art. 22a ustawy Pzp i §9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.), o ile dotyczy wykonawcy
4. Potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. Wykonawca jest w posiadaniu niżej wymienionych dokumentów:
 - aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania oferowanych aparatów w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa – (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu aparatów medycznych, wpis do rejestru wyrobów medycznych).
 - Opis, fotografia lub folder oferowanego sprzętu medycznego (w języku polskim) zawierającego jego dane techniczne, potwierdzające spełnianie parametrów opisanych w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – granicznych (załącznik nr 6)
 - certyfikaty i deklaracje zgodności, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez zamawiającego w oparciu o analizę i ocenę złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia. Warunek graniczny: spełnia.

ROZDZIAŁ IV
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 2 do SIWZ,
 - b) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 3 do SIWZ,
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
 - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt a) i b)
 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
 - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt a) i b)
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdza ono spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 - wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ.
 6. **Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, złoży następujące dokumenty:**
 - a.) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
 7. **Wykonawca, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, złoży:**
 - a) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010r Nr 107, poz. 679) do stosowania oferowanych aparatów w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa – (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu aparatów medycznych, wpis do rejestru wyrobów medycznych).
 - b) opis, fotografia lub folder oferowanego sprzętu medycznego (w języku polskim) zawierającego jego dane techniczne, potwierdzające spełnianie parametrów opisanych w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – granicznych (załącznik nr 6)
 - c) certyfikaty i deklaracje zgodności, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa
 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 9. Dokument, o których mowa w pkt 6. ppkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o której mowa w pkt 6. ppkt a.) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 11. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

- ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
 15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 17. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, 11 Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

ROZDZIAŁ V INNE WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawca dołącza do oferty

1. Wypełniony formularz ofertowo cenowy wg wzoru określonego w **załączniku nr 1 do SIWZ**.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/ - tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru.
3. Parafowany wzór umowy wg Załącznika nr 5,
4. Opis parametrów techniczno-granicznych wg Załącznika nr 6 oraz dokumenty w nim wymienione
5. Formularz asortymentowo-cenowy wg Załącznika nr 7
6. Dokumenty wskazane w rozdz. 4 pkt. 6 i 7

ROZDZIAŁ VI
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

1. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faksem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.
2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
4. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Komisja przetargowa prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej: zaopatrz@szpitalmsw.rzeszow.pl
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest:
 - w sprawach merytorycznych:
Elżbieta Sondej tel. /17/ 86-43-232 w godz. 10:00 – 12:00 (dla zadania nr 1)
Renata Cisło tel. /17/ 86-43-202 w godz. 10:00 – 12:00, (dla zadania nr 2)
 - w sprawach proceduralnych:
Marek Pytel – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. /17/86-43-215 w godz. 10:00 – 12:00,
e-mail: zaopatrz@szpitalmsw.rzeszow.pl
6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, mogą być złożone w formach dopuszczonych prawem zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.1126 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ VII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IV i V SIWZ.
3. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i nieścieralny, strony winny być ponumerowane oraz parafowane przez upoważnioną osobę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczony kopii.
6. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

**„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia łazienek.”
Nie otwierać przed 24.07.2020r. godz. 11:30”**

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie pisemnej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.
10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. **Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).** Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć **do dnia 24.07.2020r. do godz. 11.00** w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (bud. „G”, pok. 110), ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów.
2. Uwaga: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. **7.00 – 14.35**.

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia pocztą kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w bud. „H” – pok. 3 (Sekcji Zaopatrzenia) **dnia 24.07.2020r. o godz. 11.30.**
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty transportu do miejsca przeznaczenia towaru, ubezpieczenia towaru, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty załadunku i rozładunku), opłat celnych, rabatów cenowych (uwzględnionych w cenie jednostkowej), podatku VAT. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
2. Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca dostawy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.
3. Cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
4. Ceny netto, brutto, wartość podatku VAT należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cenę ostateczną oferty należy podać w złotych polskich cyfrą i słownie.
6. Cena netto podana w formularzu ofertowo-cenowym nie ulegnie zmianie przez cały czas obowiązywania umowy.
7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XII ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z dyspozycją art.87 ust.2 Pzp zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć zwłaszcza widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie całego wyrazu lub jego części, czy też inną nasuwającą się samą przez się niedokładność przypadkową, której poprawienie nie zmienia rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy, tj. treści oferty.
3. Ocena oczywistości danej omyłki pisarskiej będzie dokonywana w kontekście treści całej wypowiedzi oraz w odniesieniu do danych okoliczności sprawy. Zamawiający ma tu na uwadze oczywistość wynikającą z kontekstu pełnej treści oświadczenia zawartego w ofercie czy też jej części składowej (dokumentów składających się na jej treść).
4. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć:
 - a. rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i ceną wpisaną słownie - w sytuacji takiej rozbieżności zamawiający przyjmuje, że prawidłowo wpisano cenę słownie,
 - b. omyłkę polegającą na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego, a w szczególności:

- błędne obliczenie poszczególnych wartości, przy założeniu prawidłowości podanej liczby danego asortymentu i ceny jednostkowej za wskazany asortyment,
 - niewłaściwe zaokrąglenie części dziesiętnych poszczególnych wartości, itp.,
- UWAGA: przyjęcie niewłaściwej stawki podatku VAT traktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny nie podlegający poprawieniu.
5. Ocena istotności zmian w treści oferty, jakie powodowałyby poprawienie innej omyłki, zostanie dokonana w odniesieniu do konsekwencji jakie będzie miało poprawienie danej omyłki. Konsekwencje te mogą także dotyczyć zmiany wartości oferty. Charakter omyłki zostanie oceniony na tle niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach danej oferty a konsekwencje poprawienia danej oferty w postępowaniu odpowiednio uzasadnione, co do ich charakteru (czy zmiany w ofercie miałyby charakter istotny bądź nie).
 6. Mając na uwadze postanowienia art.89 ust.1 pkt.7) Pzp, zgodnie z treścią którego zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 Pzp, w sytuacji poprawienia takiej omyłki w ofercie wykonawcy, dla zachowania sprawności prowadzonej procedury przetargowej, wykonawca ten w terminie trzech dni od przesłania informacji o poprawieniu omyłki prześle do zamawiającego pismo, z którego treści wynikać będzie czy wyraża on zgodę na poprawienie zaistniałej omyłki.

ROZDZIAŁ XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa kryterium</i>	<i>Waga</i>	<i>Sposób punktowania</i>
<i>1.</i>	<i>Cena</i>	<i>60%</i>	<i>Cena oferty najniższej podzielona przez cenę oferty ocenianej x waga</i>
<i>2.</i>	<i>Termin gwarancji</i>	<i>40%</i>	<i>ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium termin gwarancji</i>

UWAGA: Punkty w kryterium „Cena” wyliczone będą do dwóch miejsc po przecinku.

2. Gwarancja

2.1 w zakresie Zadania nr 1

Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały asortyment w zakresie Zadania nr 1 ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny 24 miesięczny okres

Ilość punktów za kryterium termin gwarancji przyznana zostanie w skali punktowej od 10 do 40 punktów.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:

-24 miesiące otrzyma –10 punktów,

-od 25 miesięcy do 35 miesięcy otrzyma –20 punktów,

-za 36 miesięcy otrzyma - 40 punktów

Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące –oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 24

miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca poda okres dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40 punktów.

2.2 w zakresie Zadania nr 2

Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały asortyment w zakresie Zadania nr 2 ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny 12 miesięczny okres

Ilość punktów za kryterium termin gwarancji przyznana zostanie w skali punktowej od 10 do 40 punktów.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:

-12 miesięcy otrzyma –10 punktów,

-od 13 miesięcy do 18 miesięcy otrzyma –20 punktów,

-od 19 miesięcy do 24 miesięcy otrzyma –40 punktów,

Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy –oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca poda okres dłuższy niż 24 miesiące Otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40 punktów.

Oceny kryterium „Termin gwarancji” Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartej przez Wykonawcę w zestawieniu Formularzu parametrów techniczno-granicznych

Ostateczna liczba punktów będzie stanowić sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach : cena + termin gwarancji

ROZDZIAŁ XIV

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie to zostanie przesłane przez zamawiającego do wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający zawrze umowę przed upływem wskazanego w pkt.1 terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (art.94 ust.2 pkt.1) a)) lub w sytuacji, o której mowa w art.94 ust.2 pkt.3) Pzp.
3. Osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny legitymować się stosownym upoważnieniem.

ROZDZIAŁ XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ

ROZDZIAŁ XVII ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty.
2. Zmiany w zakresie obowiązującej stawki VAT następują z mocy prawa. Umowa będzie aneksowana.

ROZDZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp (art. 179-198 g).

ROZDZIAŁ XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - gdy wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
4. Zamawiający udostępnia dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, w siedzibie zamawiającego (Kancelaria), w godzinach od 7:00 do 14:35,

ROZDZIAŁ XX ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Zamawiający załącza do SIWZ załączniki.
 2. Załączniki do SIWZ należy traktować jako integralne części SIWZ, co oznacza, że zawarte w tych załącznikach postanowienia obowiązują wykonawcę w tym samym zakresie co postanowienia SIWZ.
 3. Wykaz załączników do SIWZ:
 - 1) Formularz ofertowo cenowy - zał. nr 1,
 - 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ,
 - 3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ,
 - 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 - wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ
 - 5) Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ
 - 6) Formularze – zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych - zał. nr 6 do SIWZ
 - 7) Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 7 do SIWZ
-

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, e-mail: sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl, tel.: 17 86 43 313
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Imię i nazwisko: Przemysław Tuleja , adres email: kancelaria.tuleja@gmail.com
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE	Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „p.z.p.”)
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ich uprawnień. Odbiorcami danych osobowych będą więc wszelkie osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na gruncie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p., z zachowaniem ograniczeń zasady jawności wskazanych w ww. przepisach. Każdy wniosek o udostępnienie danych podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żądanego zakresu danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Dane osobowe Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego będą przechowywane przez cztery lata , a jeżeli umowa zawarta została na dłużej: do czasu wygaśnięcia umowy - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z art. 97 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe pozostałych Wykonawców będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa: <ul style="list-style-type: none"> • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); • do sprostowania danych (art. 16. RODO); • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); • prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO). <p>W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania</p>

	<p>o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.</p> <p>Podmiotom danych nie przysługują następujące prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
<p>PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO</p>	<p>Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.</p> <p>Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.</p>
<p>ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH</p>	<p>Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z przedłożonych, na żądanie zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p>
<p>INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH</p>	<p>Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, odrzuceniem oferty.</p>
<p>INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU</p>	<p>Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.</p>

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

_____ dnia _____

(pieczęćka firmowa wykonawcy)

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 16.07.2020r. na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia łazienek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem
* w zakresie zadania nr,
za cenę netto:,
co stanowi cenę brutto:,
słownie:,
w tym podatek VAT zł

W załączeniu szczegółowa oferta cenowa (wypełniony formularz asortymentowo cenowy).

2. Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę określoną w punkcie I formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: **Do 60 dni od daty podpisania umowy.**
Przy dostawie wymagana Faktura VAT wraz z protokołem odbioru.
3. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy **do 60 dni** od daty dostarczenia towaru wraz z Fakturą VAT oraz protokołem odbioru.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.
5. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane.
6. Oświadczamy, że zaoferowane urządzenia medyczne spełniają wymagania określone w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa i posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
8. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w ustawie z dnia 12 października 1994r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. z 1994r. Nr 126 poz. 615) a w szczególności treści art. 3 oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny.
9. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Oświadczam/y, że należymy do:

- mikroprzedsiębiorstwa** (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
- małego przedsiębiorstwa** (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro),
- średniego przedsiębiorstwa** (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro),
- dużego przedsiębiorstwa** (pozostałe przedsiębiorstwa nie wymienione j. w.)
(*należy wskazać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola*)

Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, technicznie – produkcyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą, stanowiąca podmiot podstawowej rangi w gospodarce rynkowej. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.

11. Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak nie

Skrót literowy nazwy państwa

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

tak nie

Skrót literowy nazwy państwa

(*należy wskazać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i wpisanie skrótu litrowego państwa*)

Podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- **Uwaga: Formularz oferty należy dołączyć do każdego oddzielnie.**

Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. (nazwa postępowania),
prowadzonego przez (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. (nazwa postępowania), prowadzonego
przez (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
.....
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....

....., w następującym zakresie:

.....

.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
(pełna nazwa/firma, adres)

.....
Nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. (nazwa
postępowania), prowadzonego przez
..... (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618, 1634) *

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618, 1634), **w załączeniu, wraz z ofertą, przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.***

*** niepotrzebne skreślić**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data:

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy na zewnątrz)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

= WZÓR UMOWY =
Projekt umowy nr/ 2020

zawarta w dniu 2020 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020148 adres: ul. Krakowska
16, 35-111 Rzeszów, NIP: 813 28 92 063 zwanym dalej **Kupującym** reprezentowanym przez:

Zbigniewa Widomskiego – kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do
reprezentacji Kupującego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS
z....., która stanowi załącznik do umowy
a

..... wpisanym do pod numerem
prowadzonego przezzwanym w treści
umowy **Dostawcą** reprezentowanym przez
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

§1

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodnie z ofertą z dnia stanowiącą załącznik nr 1, loco Magazyn centralny SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
2. Dostawca dostarczy towar zgodny z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ , który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zarówno pod względem asortymentowym jak i ilościowym do dnia
3. Realizacja dostawy odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych towarów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. na koszt i ryzyko Dostawcy.
4. Dostawca odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego towaru na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie załatwić reklamację, nie później jednak niż w terminie 10 dni od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego.
5. Dostawca zapewnia, że dostarczy towar fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, a także wolne od wad materiałowych i prawnych. Gwarantuje także, że dostarczone towary dopuszczone są do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Polsce i posiadają, o ile są wymagane prawem, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp.

§ 2

Wszystkie koszty związane z dostawą towarów loco Magazyn Centralny SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 (transport, ubezpieczenie, opakowanie, opłaty podatkowe, rozładunek i inne czynności Dostawcy związane z przygotowaniem dostaw) pokrywa Dostawca. Koszty te stanowią składnik ceny ofertowej Dostawcy.

§ 3

1. Za dostarczone towary Kupujący zapłaci Dostawcy cenę zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 w terminie **do 60 dni** od daty dostarczenia faktury oraz protokołu odbioru, w wysokości netto..... zł, co stanowi wartość brutto zł (słownie:), płatnej przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze VAT.
2. Cena towarów zaoferowana przez Dostawcę w ofercie z dnia stanowiącej załącznik nr 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy za ewentualnym wyjątkiem:
 - a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na określone towary.
3. Na zaoferowane towary Dostawca udziela
 - a) **dla zadania nr 1** gwarancji przez okres miesięcy oraz bezpłatne przeglądy serwisowe
 - b). **dla zadania nr 2** gwarancji przez okres miesięcy

§ 4

1. Dostawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
 - a) za rozwiązanie umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy,
 - b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - c) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w §1 ust.5 w wysokości 0,1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
3. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonane umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy należy dokonywać za zgodą obu stron w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Kupujący i 1 egz. Dostawca.

KUPUJĄCY

DOSTAWCA

Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH

Nazwa oferenta

ZADANIE Nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

Wózek z szufladą grzewczą - 3 SZT			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
I	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL 		
1.	1 Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2.	2 Producent	Podać	
3.	3 Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Wózek medyczny min. trzyszufladowy w tym z jedną szufladą grzewczą oraz blatem ze stali kwasoodpornej.	Tak, opisać	
5.	4 Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym	Tak, opisać	
6.	5 Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	Tak, opisać	
7.	7 Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm.	Tak, opisać	
8.	8 Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonionymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.	Tak, opisać	
9.	9 Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych, mocowanych punktowo lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów.	Tak, opisać	
10.	Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	Tak, opisać	
11.	Pod uchwytami owalne przetłoczenia.	Tak, opisać	
12.	12. Blat roboczy płaski, wygluszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	Tak, opisać	
13.	Konfiguracja szuflad: - 2x szuflada o równej głębokości wyposażone w zamek centralny - 1x szuflada z systemem grzewczym o głębokości roboczej min. 250 mm. Nad frontem zainstalowany panel sterujący z wskaźnikiem temperatury oraz sterownikiem.	Tak, opisać	

14.	Parametry szuflady grzewczej: Wkład szuflady perforowany wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Temperatura regulowana w zakresie min. 33-37 stopni Celsjusza. Zasilanie prądem sieciowym o napięciu 230 V. Moc elementu grzejnego 300 W. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie alarmowe w przypadku przegrzania. Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	Tak, opisać	
15.	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm	Tak, opisać	
16.	Układ jezdy: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	
17.	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
18.	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: – szerokość 820 mm (+/-20 mm) – głębokość 660 mm (+/-20 mm) – wysokość 990 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
19.	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
20.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
21.	1x Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej. Średnica uchwytu Ø 180 mm, regulacja +/- 5 mm	Tak, opisać	
22.	1x Uchwyt opakowania rękawiczek prętowy, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. mocowany na szynie nad blatowej	Tak, opisać	
23.	2x Szyna sprzętowa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Długość: 500 mm, Nośność: min. 5 kg	Tak, opisać	
Wózek do transportu materiału sterylnego – 2 szt			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
II	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek transportowy dwudrzwiowy, wyposażony w blat ze stali kwasoodpornej.	Tak, opisać	
5	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9	Tak, opisać	
6	Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy kwasoodpornej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	Tak, opisać	
7	Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm.	Tak, opisać	
8	Gładkie ściany wewnętrzne korpusu wyposażone w rastry nie wystające ponad płaszczyznę, umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek co 25 mm.	Tak, opisać	
9	Półki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium.	Tak, opisać	
10	Drzwi wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie	Tak, opisać	

	związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelki przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów.		
11	Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.	Tak, opisać	
12	Konstrukcja frontów drzwi wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.	Tak, opisać	
13	Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	Tak, opisać	
14	Pod uchwytami owalne przetłoczenia.	Tak, opisać	
15	Konfiguracja wózka: - 2x drzwi pełne, - min. 2x przestawna półka	Tak, opisać	
16	Błat płaski, wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	Tak, opisać	
17	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm	Tak, opisać	
18	Układ jezdzny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	
19	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
20	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 1180 mm (+/-20 mm) - głębokość 680 mm (+/-20 mm) - wysokość 1240 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
21	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	

Wózek reanimacyjny z nadstawką – 6 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
III	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek medyczny czteroszufładowy z zagłębionym blatem z tworzywa ABS.	Tak, opisać	
5	Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym <i>IGP-DURA@care</i> .	Tak, opisać	
6	Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	Tak, opisać	
7	Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm.	Tak, opisać	
8	Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi	Tak, opisać	

	krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.		
9	Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych punktowo lub na powierzchni zewnętrznej frontów.	Tak, opisać	
10	Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	Tak, opisać	
11	Pod uchwytami owalne przetłoczenia.	Tak, opisać	
12	Błat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Błat o wymiarach: 630x570 mm	Tak, opisać	
13	Konfiguracja wózka: - 4x szuflada na całej szerokości wózka, o głębokości roboczej min. 140 mm, zamykane na klucz	Tak, opisać	
14	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm	Tak, opisać	
15	Układ jezdzny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	
16	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
17	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 820 mm (+/-20 mm) - głębokość 660 mm (+/-20 mm) - wysokość 990 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
18	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	Tak, załączyć do oferty	
19	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
20	Wyposażenie wózka:		
21	1x Nadstawka z 7 uchylnymi pojemnikami, w konfiguracji 3+4 Pojemniki wykonane z transparentnego tworzywa, z miejscem na etykietę. 3 pojemniki o wymiarach: 175x145x220 mm 4 pojemniki o wymiarach: 130x125x190 mm	Tak, opisać	
22	1x uchwyt z miską na odpady	Tak, opisać	
23	1x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm (+/-5mm)	Tak, opisać	
24	2x szyna sprzętowa ze stali kwasoodpornej dł. min.500mm, nośność min. 5 kg	Tak, opisać	
25	1x wysięgnik na płyny infuzyjne z ręczną regulacją wysokości, z 2 haczykami	Tak, opisać	
26	1x stelaż na odpady z pokrywą, poj. 10 l.	Tak, opisać	
27	1x Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej. Średnica uchwytu Ø 180 mm, regulacja +/- 5 mm	Tak, opisać	
Wózek medyczny z wyposażeniem – 3 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
IV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		

1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek medyczny czteroszufładowy z zagłębionym blatem z tworzywa ABS.	Tak, opisać	
5	Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym <i>IGP-DURA@care</i> .	Tak, opisać	
6	Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	Tak, opisać	
7	Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm.	Tak, opisać	
8	Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonami krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.	Tak, opisać	
9	Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelki przyklejanych lub mocowanych punktowo lub na powierzchni zewnętrznej frontów.	Tak, opisać	
10	Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	Tak, opisać	
11	Pod uchwytami owalne przetłoczenia.	Tak, opisać	
12	Blat wózka zagłębiony, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony. Blat o wymiarach: 630x570 mm. Blat z trójstronna galeryjką.	Tak, opisać	
13	Konfiguracja wózka: - 4x szuflada na całej szerokości wózka, o głębokości roboczej min. 140 mm, zamykane na klucz	Tak, opisać	
14	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm	Tak, opisać	
15	Układ jezdy: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	
16	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
17	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 820 mm (+/-20 mm) - głębokość 660 mm (+/-20 mm) - wysokość 990 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
18	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	Tak, załączyć do oferty	
19	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
20	Wyposażenie wózka:		
21	1x Nadstawka z 9 uchylnymi pojemnikami, w konfiguracji 4+5. Pojemniki wykonane z transparentnego tworzywa, z miejscem na etykietę.	Tak, opisać	

	4 pojemniki o wymiarach: 130x125x190 mm 5 pojemniki o wymiarach: 100x95x145 mm		
22	1x pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm (+/-5mm)	Tak, opisać	
23	2x szyna sprzętowa ze stali kwasoodpornej dł. min.500mm, nośność min. 5 kg	Tak, opisać	
24	1x wysięgnik na płyny infuzyjne z ręczną regulacją wysokości, z 2 haczykami	Tak, opisać	
25	1x Uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, montowany do szyny bocznej. Średnica uchwytu Ø 180 mm, regulacja +/- 5 mm	Tak, opisać	
26	1x Wysuwany blat boczny, podblatowy.	Tak, opisać	
Stojak z miską podgrzewaną na płyny (85 st.C) - 3 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
V	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Podgrzewacz płynów infuzyjnych ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9.	Tak, opisać	
5	Sterowanie: termoregulator mikroprocesorowy z elektroniczną regulacją temperatury	Tak, opisać	
6	Ogranicznik temperatury, max. temperatura podgrzanego płynu: 98 stopni, miska o poj.min. 6l z pokrywą.	Tak, opisać	
7	Zespół grzewczy z podniesioną dookoła burtą boczną zabezpieczającą miskę przed zsunięciem podczas przemieszczania stojaka.	Tak, opisać	
8	Konstrukcja oraz zamocowanie blatu grzewczego zapewniająca dużą sztywność oraz bezpieczeństwo postawionej miski.	Tak, opisać	
9	Podgrzewacz na pięcioramiennej, stabilnej podstawie wyposażonej w koła jezdne o średnicy 50 mm (+-5mm), min.3 z blokadą.	Tak, opisać	
10	Podgrzewacz z hydrauliczną regulacją wysokości miski, realizowaną za pomocą dźwigni nożnej	Tak, opisać	
11	Podgrzewacz wyposażony w uchwyt do wygodnego, bezpiecznego przemieszczania w całości wyposażonego stojaka. Uchwyt zapewniający stabilne i pewne prowadzenie.	Tak, opisać	
12	Wymiary całkowite: szerokość 600 mm (+/-20 mm) głębokość 600 mm (+/-20 mm) Regulacja wysokości: 950-1350 mm (+/-10 mm)	Tak, opisać	
13	Powierzchnie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
14	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	Tak, załączyć do oferty	
15	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE	Tak, załączyć do oferty	
Wózek uniwersalny do worków foliowych jednokomorowy bez pokrywy (pojedyncze) - 4 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
VI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		

1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek jezdny do worków na odpady komunalne i skażone.	TAK, opisać	
5	Stelaż wózka w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9	TAK, opisać	
6	Stelaż na worek o pojemności min. 60 l.	TAK, podać	
7	Stelaż bez pokrywy, obręcz wyposażona w zaciski przytrzymujące worek.	TAK, opisać	
8	Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy \varnothing 50 mm, dwa koła z hamulcem.	TAK, opisać	
9	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, opisać	
10	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 340x 340 x 700 mm, +/- 20 mm	TAK, podać	
11	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
Wózek uniwersalny do worków foliowych z pokrywą jednokomorowy (pojedyncze) 10 niebieskich, 10 czerwonych – 20 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
VII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek jezdny do worków na odpady komunalne i skażone.	TAK, opisać	
5	Stelaż wózka w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9	TAK, opisać	
6	Stelaż na worek o pojemności min. 120 l.	TAK, podać	
7	Stelaż z pokrywą otwieraną za pomocą pedału nożnego, obręcz wyposażona w zaciski przytrzymujące worek.	TAK, opisać	
8	Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy \varnothing 50 mm, dwa koła z hamulcem.	TAK, opisać	
9	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, opisać	
10	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 390x420x860mm, +/- 20 mm	TAK, podać	
11	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	
Taboret z oparciem – 5 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
VIII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Taboret z oparciem, na pięcioramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.	TAK, opisać	
5	Miękkie siedzisko i oparcie, tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym – dostępnym w różnych kolorach	TAK, opisać	

6	Hydrauliczna regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą dźwigni nożnej z blokadą.	TAK, opisać	
7	Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 440-620 mm	TAK, opisać	
8	Średnica siedziska: min. 360 mm	TAK, opisać	
9	Średnica podstawy: 600 mm	TAK, opisać	
10	Taboret wyposażony w koła jezdne o średnicy min. 50 mm, min. 2 z blokadą, nie brudzące podłogi.	TAK, opisać	
11	Taboret odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	TAK	
12	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	TAK, załączyć	
13	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE	TAK, załączyć	

Taboret obrotowy – 13 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
IX	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Taboret na pięcioramiennej podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.	TAK, opisać	
5	Miękkie siedzisko tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym – dostępnym w różnych kolorach	TAK, opisać	
6	Regulacja wysokości siedziska realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.	TAK, opisać	
7	Regulacja wysokości siedziska w zakresie: min. 440-580 mm	TAK, opisać	
8	Średnica siedziska: min. 360 mm	TAK, opisać	
9	Średnica podstawy: 600 mm	TAK, opisać	
10	Taboret wyposażony w koła jezdne o średnicy min. 50 mm, min. 2 z blokadą, nie brudzące podłogi.	TAK, opisać	
11	Taboret odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	TAK	
12	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	TAK, załączyć	
13	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE	TAK, załączyć	

Szafa lekarska dwudrzwiowa – 16 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
X	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Szafa medyczna dwudrzwiowa, drzwi przeszklone, wyposażona w 5 przestawnych półek	TAK, opisać	

5	Drzwi szafy o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. Drzwi z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	TAK, opisać	
6	Drzwi szafy wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego.	TAK, opisać	
7	Drzwi wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelki w kolorze czarnym oraz uszczelki gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelki przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.	TAK, opisać	
8	Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie.	TAK, podać	
9	Na frontach, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie.	TAK, opisać	
10	Zawiasy umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.	TAK, opisać	
11	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego.	TAK, opisać	
12	Półki wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm.	TAK, opisać	
13	Korpus szafy wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m ³ . Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejki oraz płyt pilśniowych).	TAK, opisać	
14	Szafa wyposażona w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek co 25 mm.	TAK, opisać	
15	Szafa wyposażona w czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem, wyposażony w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla (ze względów higienicznych nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów). Cokół wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych.	TAK, opisać	
16	Korpus szafy posiadający tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, wysokości 28 mm. Ze względów higienicznych okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.	TAK, opisać	
17	Szafa zamykana na klucz.	TAK	
18	Atest higieniczny	TAK, załączyć	

		do oferty	
19	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100mm (+/-20mm)	TAK, podać	
Szafa lekarska dwudrzwiowa – 1 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Szafa medyczna dwudrzwiowa, drzwi przeszklone, wyposażona w 5 przestawnych półek	TAK, opisać	
5	Drzwi szafy o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. Drzwi z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	TAK, opisać	
6	Drzwi szafy wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego.	TAK, opisać	
7	Drzwi wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.	TAK, opisać	
8	Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie.	TAK, podać	
9	Na frontach, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie.	TAK, opisać	
10	Zawiasy umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.	TAK, opisać	
11	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego.	TAK, opisać	
12	Półki wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm.	TAK, opisać	
13	Korpus szafy wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m ³ . Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).	TAK, opisać	
14	Szafa wyposażona w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek co 25 mm.	TAK, opisać	
15	Szafa wyposażona w czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem, wyposażony w regulatory umożliwiające	TAK, opisać	

	wypoziomowanie mebla (ze względów higienicznych nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów). Cokół wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych.		
16	Korpus szafy posiadający tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, wysokości 28 mm. Ze względów higienicznych okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.	TAK, opisać	
17	Szafa zamykana na klucz.	TAK	
18	Atest higieniczny	TAK, załączyć do oferty	
19	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x435x1800mm (+/-20mm)	TAK, podać	
Wózek do przewożenia arkuszy papieru sterylnego – 3 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek do przewozu i przechowywania papieru i włókien.	TAK, podać	
5	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9	TAK, podać	
6	Wózek wyposażony w 4 uchwyty z rolkowym mechanizmem mocującym papier/ włókninę	TAK, podać	
7	Układ jezdnny: 4 koła o średnicy min. 100 mm, 2 z blokadą	TAK, podać	
8	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
9	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1100x450x980mm	TAK, podać	
Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny szafka z drzwiczkami – 2 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek do przewozu czystej i brudnej pościeli	TAK, opisać	
5	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.	TAK, opisać	
6	Wózek podzielony na dwie niezależne strefy: czystą i brudną	TAK, opisać	
7	Strefa czysta w formie szafki jednodrzwiowej z min. 2 przestawnymi półkami	TAK, opisać	
8	Strefa brudna wyposażona w stelaż na worek do zbierania brudnej bielizny. Stelaż z pokrywą na worek o pojemności 120 l. Pokrywa otwierana pedałem nożnym.	TAK, opisać	
9	Konstrukcja uniemożliwiająca kontakt czystej bielizny z brudną.	TAK, opisać	

10	Układ jezdný: 4 skretné, nie brudzące podłogi koła o średnicy min.100 mm, w tym min. 2 z blokadą.	TAK, opisać	
11	Rama wózka wyposażona w cztery krążki odbojowe, zabezpieczające wózek podczas transportu.	TAK, opisać	
12	Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1000x420x1100mm (+/-50mm)	TAK, opisać	
Stolik na płyny – 6 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek dwu blatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,	TAK, podać	
5	Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm.	TAK, podać	
6	Blat i półka dolna zagłębiona, wzmocniona, z blachy o grubości min. 1 mm	TAK, podać	
7	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania o Ø 25 mm.	TAK, podać	
8	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, podać	
9	Układ jezdný składający się z czterech kół o średnicy Ø min. 100 mm, dwa koła z hamulcem.	TAK, podać	
10	Wymiary blatu (szer. x gł.) 800x600 mm.	TAK, podać	
11	Wysokość blatu : 900 mm.	TAK, podać	
12	Wyrób posiadający Attest Higieniczny	TAK, załączyć	
Wózek transportowy – 3 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek dwu blatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, do przewozu pojemników z tworzywa na materiały medyczne	TAK, opisać	
5	Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych min.25x25 mm.	TAK, opisać	
6	Blat płaski wzmocniony, z blachy o grubości min. 1 mm	TAK, opisać	
7	Nad blatem ranty min. z 2 stron, zabezpieczające kontenery przed zsunięciem w czasie transportu. Ranty z profili zamkniętych 25x25 mm	TAK, opisać	
8	Półka dolna zagłębiona, wzmocniona, z blachy o grubości min. 1 mm	TAK, opisać	
9	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania	TAK, podać	
10	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, podać	
11	Układ jezdný składający się z czterech kół o średnicy Ø min. 100 mm, dwa koła z hamulcem.	TAK, podać	
12	Wymiary (szer. x gł.) 1250x650x850 mm.	TAK, podać	

13	Wyrób posiadający Atest Higieniczny	TAK, załączyć	
14	Wypożyczenie wózka: 2 x pojemnik z tworzywa ze zintegrowana pokrywą typu zatrask o wymiarach (szer.gł.wys.) 600x600x350 mm	TAK, opisać	
Szafa lekarska szer. 500 mm – 1 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XVI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Szafa medyczna dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym.	TAK	
5	Szafa wyposażona w min. 4 przestawne półki.	TAK, podać	
6	Szafa wykonana z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	TAK, opisać	
7	Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.	TAK, opisać	
8	Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygluszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi)	TAK, opisać	
9	Gładkie ściany wewnętrzne szafy konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki.	TAK, opisać	
10	Szafa wyposażona w czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem, wyposażony w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla (ze względów higienicznych nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów).	TAK, opisać	
11	Korpus szafy posiadający tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, wysokości 28 mm. Ze względów higienicznych okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.	TAK, opisać	
12	Drzwi szafy wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie.	TAK, opisać	
13	Drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła	TAK, opisać	

	bezpiecznego.		
14	Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie	TAK, opisać	
15	Drzwi wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelki w kolorze czarnym oraz uszczelki gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelki przyklejanych, mocowanych punktowo lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek.	TAK, opisać	
16	Konstrukcja frontów szaf wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.	TAK, opisać	
17	Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.	TAK, opisać	
18	Szafa zamykana na klucz.	TAK	
19	Atest higieniczny.	TAK, załączyć do oferty	
20	Wymiary całkowite szafy Szer. Gł. Wys. 500x580x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, podać	
Wózek do transportu materiałów medycznych - 3 SZT			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XVII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL 		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek do transportu materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9	TAK, podać	
5	Wózek wyposażony w: - wymiowany pojemnik z pokrywą ze stali kwasoodpornej o wymiarach 325 x 176 x 200 mm, +/- 20mm - wymiowany pojemnik z pokrywą ze stali kwasoodpornej o wymiarach 325 x 530 x 200 mm, +/- 20mm	TAK, podać	
6	Dodatkowa półka dolna.	TAK, opisać	
7	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu.	TAK	
8	Szerokość całkowita 750mm, +/- 50mm	TAK, podać	
9	Wysokość całkowita 850mm, +/- 50mm	TAK	
10	Głębokość całkowita 380mm, +/- 20mm	TAK, podać	
11	4 obrotowe koła jezdne o średnicy 100 mm (+/- 25 mm) w tym dwa z blokadą	TAK, podać	
12	Wózek zabezpieczony 4 talerzykowymi odbojnikami	TAK, opisać	
13	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	TAK, opisać	

Stolik Mayo - 5 szt..			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XVII I	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Stolik do instrumentów chirurgicznych typu "MAYO" z hydrauliczną regulacją wysokości blatu.	TAK, opisać	
5	Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9.	TAK, opisać	
6	Błat zagłębiony z możliwością obrotu o 360 stopni.	TAK, opisać	
7	Regulacja wysokości blatu realizowana za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 900x 1400 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać	
8	Układ jezdny składający się z 3 kół o średnicy Ø 50 mm, wszystkie koła z hamulcem.	TAK, podać	
9	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, opisać	
10	Wymiary (szer. x gł.): 750 x 500 mm.	TAK, podać	
11	Nośność blatu min. 40 kg	TAK, podać	
12	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	TAK, opisać	
13	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	TAK, załączyć do oferty	
14	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE	TAK, załączyć do oferty	
Stół narzędziowy ze stali kwasoodpornej – 4 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XIX	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek/ mobilny stół jedno blatowy, wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9,	TAK, podać	
5	Konstrukcja wózka szkieletowa wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm.	TAK, podać	
6	Błat prosty, wzmocniony, z blachy o grubości min. 1 mm	TAK, podać	
7	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania lub bez uchwytu – do uzgodnienia na etapie realizacji	TAK, podać	
8	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, podać	
9	Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy Ø min. 100 mm, dwa koła z hamulcem.	TAK, podać	
10	Wymiary blatu (szer. x gł): 1400x600 mm.	TAK, podać	
11	Wysokość blatu: 900 mm (+/-50mm)	TAK, podać	
12	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. t.j. 2010.107.679 z późn. zm.)	TAK, załączyć	

13	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE	TAK, załączyć	
Podest operacyjny dwustopniowy- 4 szt..			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XX	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Podest chirurgiczny dwustopniowy.	TAK, podać	
5	Podest w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (stopnie + podstawa)	TAK, podać	
6	Stopnie w całości ryflowane, antypoślizgowe. Nie dopuszcza się stopni wyposażonych w naklejane paski antypoślizgowe.	TAK, podać	
7	Podest posadowiony na czterech nóżkach.	TAK, podać	
8	Nóżki umożliwiające wypoziomowanie.	TAK, podać	
9	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
10	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x650x420 mm	TAK, podać	
Podest operacyjny jednostopniowy – 6 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Podest chirurgiczny jednostopniowy.	TAK, podać	
5	Podest w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (stopień + podstawa)	TAK, podać	
6	Stopień w całości ryflowany, antypoślizgowy. Nie dopuszcza się stopni wyposażonych w naklejane paski antypoślizgowe.	TAK, podać	
7	Podest posadowiony na czterech nóżkach.	TAK, podać	
8	Nóżki umożliwiające wypoziomowanie.	TAK, podać	
9	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK	
10	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x 300 x 300 mm	TAK, podać	
Stojak z misami na odpady – 3 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXII	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	

4	Stojak z dwoma misami na odpady chirurgiczne wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.	Tak, opisać	
5	Stojak na podstawie jezdnej pięcioramiennej z 5 kołami o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), każde z blokadą	Tak, opisać	
6	Misy zdejmowane o pojemności min. 6 l	Tak, opisać	
7	Wymiary całkowite: szerokość 600 mm (+/-20 mm) głębokość 600 mm (+/-20 mm) wysokość 900 mm (+/-10 mm)	Tak, opisać	
8	Powierzchnie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	

Regał ze stali kwasoodpornej – 42 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXII I	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Regał pięciopółkowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.	TAK, opisać	
5	Regał z półkami pełnymi, nie dopuszcza się półek perforowanych, prętowych lub z siatki.	TAK, podać	
6	Regał posadowiony na czterech nóżkach o wysokości 140 mm	TAK, podać	
7	Nóżki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 20 mm, umożliwiające wypoziomowanie.	TAK, podać	
8	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, podać	
9	Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x450x2000-2100mm	TAK, podać	

Wózek transportowy siatkowy z półkami – 2 szt

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXI V	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Uniwersalny wózek regałowy do transportu bielizny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9	Tak, opisać	
5	Wózek wykonany z profili rurowych wyposażony w 3 półki montowane na stałe.	Tak, opisać	
6	Półki pełne.	Tak, opisać	
7	Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	
8	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
9	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: – szerokość 900 mm (+/-20 mm) – głębokość 600 mm (+/-20 mm) – wysokość 1670 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
10	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni	Tak, opisać	

	UV.		
Regał na baseny i kaczki – 1 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXV	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Mobilny regał listwowy, w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9 z półkami prętowymi na kaczki	TAK, opisać	
5	Listwy wykonane z kształtownika o wymiarach min. 30 x 18 mm	TAK, opisać	
6	Listwy dwustronnie wyposażone w haczyki do zawieszenia półek i koszy.	TAK, opisać	
7	Wózek wyposażony w uchwyty do przetaczania.	TAK, opisać	
8	Wyposażenie regału: 4x półka prętowa na kaczki o wymiarach 580x190x300mm 2x taca ociekowa w formie półki o wymiarach: 580x260x150mm	TAK, opisać	
9	Układ jezdny: 4 koła o średnicy min. 100 mm, 2 z blokadą	TAK, opisać	
10	Wymiary regału: 530x600x1500 mm	TAK, opisać	
11	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK, opisać	
Wózek medyczny zabiegowy 6 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXVI	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Wózek medyczny z blatem ze stali kwasoodpornej, dwoma szufladami, koszem oraz dodatkową półką.	Tak, opisać	
5	Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym <i>IGP-DURA@care</i> .	Tak, opisać	
6	Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).	Tak, opisać	
7	Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm.	Tak, opisać	
8	Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonionymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania.	Tak, opisać	
9	Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów.	Tak, opisać	

	Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów.		
10	Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	Tak, opisać	
11	Pod uchwytami owalne przetłoczenia.	Tak, opisać	
12	Błat roboczy wygięty, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	Tak, opisać	
13	Półka lakierowana proszkowo, zamontowana nad układem jezdnym wózka.	Tak, opisać	
14	Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm	Tak, opisać	
15	Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem	Tak, opisać	
16	4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół	Tak, opisać	
17	Wyposażenie dodatkowe: - wysuwany, lakierowany proszkowo kosz o wymiarach 538x500x180 mm (+/- 5 mm), zamontowany nad dolną półką. -szyna sprzętowa	Tak, opisać	
18	Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: – szerokość 820 mm (+/-20 mm) – głębokość 660mm (+/-20 mm) – wysokość 990 mm (+/-20 mm)	Tak, podać	
19	Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.	Tak, opisać	

Stojak na kroplówki – 13 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXV II	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Statyw na kroplówki o stałej wysokości, przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu.	TAK, opisać	
5	Pięcioramienna stalowa podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, z kołami w obudowie z tworzywa o średnicy min. 50 mm, min. 2 z blokadą	TAK, opisać	
6	Możliwość wyboru koloru podstawy.	TAK, opisać	
7	Kolumna ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 o średnicy 38 mm; - głowica lakierowana proszkowo z min. 2 hakami	TAK, opisać	
8	Stojak o nośności min. 20 kg	TAK, opisać	
9	Wysokość statywu: 1800 mm (+/-20mm)	TAK, opisać	
10	Średnica podstawy: 610 mm (+/-10mm)	TAK, opisać	
11	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)	TAK	

Krzesło sanitarne toaletowe dla osób niepełnosprawnych jeżdżące – 1 szt.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXVIII	DANE OGÓLNE		

	NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Urządzenie nowe, nie rekondycjonowane	TAK	
5	Wózek z pojemnikiem sanitarnym o pojemności 5l, wyjmowanym	TAK	
6	Wózek po wyjęciu pojemnika najjeżdża na sedes	TAK	
7	Wózek wyposażony w: - miękkie, tapicerowane podłokietniki podnoszone do góry i odchylane, - wygodną poduszkę zakrywającą powierzchnię siedziska - 4 koła skrętne, dwa tylne z hamulcami, - demontowalne oparcie - demontowalne podnóżki	TAK	
8	Wymiary zewnętrzne: 57 x 82 x 95 cm (+/-2 cm) (szer. x dł. x wys.)	TAK, podać	
9	Wysokość podłokietników: 24 cm (+/-2 cm)	TAK, podać	
10	Wysokość siedziska stała: 52 cm (+/-2 cm)	TAK, podać	
11	Głębokość siedziska: 42 cm (+/-2 cm)	TAK, podać	
12	Szerokość siedziska: 42 cm (+/-2 cm)	TAK, podać	
13	Waga wózka do 14 kg	TAK, podać	
14	Dla użytkowników o wadze do 100 kg	TAK, podać	
Lampa zabiegowa – 4 szt.			
L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
XXI X	DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL		
1	Rok produkcji 2020 rok	TAK, Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej.	Tak	
5	Podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem.	Tak	
6	Oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z tworzywa, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.	Tak	
7	Oprawa lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów takich jak uchwyty brudne, czy relingi, utrudniających utrzymanie lampy w czystości.	Tak	
8	Oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED, świecących w konstrukcji jednoogniskowej.	Tak	
9	Parametry oprawy		
10	Oprawa o średnica zewnętrznej 26 cm +/- 10%.	Tak, podać	
11	Oprawa o grubości nie większej niż 80 mm	Tak, podać	
12	Oprawa z matrycą diodową złożoną z 20 punktów LED +/- 10%.	Tak, podać	
13	Oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 70 000 Lux / 1 m.	Tak, podać	
14	Oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 równą 14 cm +/- 10%.	Tak, podać	
15	Oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. Uchwyt sterylny umożliwiający włączenie lampy i regulację natężenia oświetlenia.	Tak	
16	Oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95.	Tak, podać	
17	Oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 94.	Tak, podać	

18	Oprawa o głębokości oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia.	Tak, podać	
19	Oprawa o mocy maksymalnej 24 W.	Tak, podać	
20	Oprawa o temperaturze barwowej 4300 K +/- 100 K.	Tak, podać	
21	Oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 °C.	Tak, podać	
22	Oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 10 do 100% uchwytem sterylnym.	Tak, podać	
23	Oprawa o żywotności diod LED min. 45 000 godzin.	Tak, podać	
	Inne wymagania		
24	Lampa wyposażona w układ zasilania awaryjnego w przypadku awarii zasilania głównego.	Tak	
25	Układ zasilania przełączający zasilanie podczas awarii w sposób automatyczny.	Tak	
26	Układ zasilania awaryjnego lampy umożliwiający jej autonomiczną pracę w czasie minimum 2 godzin.	Tak	
27	Zapasy uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt.	Tak, podać	
28	Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty.	Tak, załączyć	
29	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.).	Tak	
	Pozostałe wymagania		
30	Certyfikat CE	TAK	
31	Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru na wszystkie sprzęty i urządzenia wymienione w Zadaniu nr 1	TAK, podać	
32	Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania	TAK	
33	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK, podać	
34	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku	TAK, podać	
35	Materiały informacyjne na temat oferowanych sprzętów	TAK, załączyć	
36	Bezpłatny rozładunek, montaż, ustawienie i zamontowanie wszystkich pozycji wyszczególnionych w zadaniu nr 1 we wskazanych pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego w asortymencie i ilościach wykazanych w SIWZ, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	TAK	
37	Instrukcja do towarów w języku polskim (wraz z dostawą sprzętu)	TAK	

Kolory w/w asortymencie zostaną wybrane po podpisaniu umowy i dostarczeniu przez Wykonawcę wzornika kolorów.

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane sprzęty są kompletne i będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
Miejscowość, data

.....
(Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa oferenta

ZADANIE Nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

Pojemnik na papier toaletowy - 8 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
1	Pojemnik na papier toaletowy w roli. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS . Pasujący do papieru w roli o rozmiarze Ø 18 - 19 cm i trzpienia 4,5 / 5,5 cm. Posiadający zamknięcie zabezpieczające na plastikowy zamek i kluczyk oraz okienko do kontroli papieru. Mający ząbkowaną krawędź ułatwiająca odrywanie papieru. Kolor biało/szary. Wymiary W/SZ/G 26CM/24CM/13CM. Posiadający atest PZH	Tak, opisać	
Pojemnik na ręczniki – 40 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
2	Pojemnik na ręczniki w roli centralnie dozowany po jednym odcinku. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze szaro/transparentnym, umożliwiający kontrolę zużycia ręcznika. Posiadający zamknięcie zabezpieczające na plastikowy zamek i kluczyk. Dozownik wyposażony w element dozujący ręcznik. Zapewniający dozowanie zawsze po jednym odcinku (listku). Wymiary dozownika: wysokość 31cm, szerokość 17,5cm, głębokość 15,5cm. Średnica otworu dozującego 0,9 cm. Pasujący do ręcznika w roli o max Ø 14 cm i szerokości 21 cm .Posiadający atest PZH.	Tak, opisać	
Lustro – 32 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
3	Lustro łazienkowe szlifowane o wymiarze 40cm x 60cm przeznaczone do wklejenia . Posiadające antracytowy podlew, który nie zawiera ołowiu oraz szkodliwych rozpuszczalników organicznych, zabezpieczony lakierem ochronnym. Tylńia ściana lustra powinna być pokryta folią, zabezpieczającą przed szkodliwymi, korozyjnymi warunkami. Lustro powinno posiadać następujące właściwości: jasny, neutralny odcień, doskonałą przejrzystość odbicia, oraz czyste żywe kolory, niezależnie od oświetlenia.	Tak, opisać	
Kosz na śmieci – 45 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis

4	Kosz na śmieci pedałowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego na odpady, odporny na uszkodzenia, typu Curver, pojemność 20-25l kolor biały, otwierany za pomocą przycisku pedałowego. Przystosowany do miejsc użyteczności publicznej, szczelnie zamykana pokrywka.	Tak, opisać	
Dozownik na mydło – 44 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
5	Dozownik na mydło pianowy w kolorze białym, przystosowany na wkład 1 litrowy o wymiarach w cm. 19x9x9. Mechanizm zamykający na kluczyk oraz przycisk umieszczony od dołu dozownika. Opływowy kształt oraz brak łączeń dozownika zapewniający zwiększoną ochronę przed skażeniem krzyżowym. Łatwa i szybka wymiana wkładów. Posiadający okienko stanu ilości mydła. Wymiary dozownika cm. 23,5x11,6x11,4. Produkt musi posiadać ISO 9001, ISO14001	TAK, opisać	
Wieszak – 42 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
6	Wieszak 2-hakowy, łazienkowy wykonany z wysokiej jakości stali w kolorze chrom. Mocowany do ściany za pomocą śrub. Posiadający gładkie wykończenie i zaokrąglone końcówki . Wymiary: szerokość: 15cm, wysokość: 4,5cm, głębokość: 4 cm. Rozstaw otworów do mocowania 10 cm	TAK, opisać	
Suszarka elektryczna do rąk – 1 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
7	Suszarka elektryczna do rąk o mocy 2500 W, wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym. Wymiary suszarki: wysokość 240 mm, szerokość 265 mm, głębokość 160 mm. Posiadająca następujące parametry techniczne: Odległość wymagana do uruchomienia: 3 - 10 cm, poziom hałasu: 70 dB, prędkość powietrza: 23 m/s, temperatura suszenia: 54 °C, czas suszenia: 10 - 30 s, napięcie zasilania: 220 - 240 V, częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz	TAK, opisać	
Dozownik na dezynfekcję – 163 szt.			
L.P.	PARAMETRY	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferowana / Opis
8	Dozownik z przyciskiem łokciowy typu Dermados przeznaczony do umieszczania preparatów dezynfekcyjnych, myjących i pielęgnujących w butelkach o pojemność 500ml. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze biało/szarym, łatwy w utrzymaniu czystości. Posiadający pompkę z regulacją dozowanej ilości preparatu (trzy nastawy): 0,8 ml. ; 1,2 ml. ; 1,8 ml. , oraz podstawkę ociekową. Ramię dozujące wykonane z grubego tworzywa ABS . Okienko do kontroli poziomu płynu w dozowniku. Zamykany na plastikowy kluczyk. Wymiary dozownika - wysokość	TAK, opisać	

	31cm, szerokość 12cm, głębokość 20,5cm. Montowany do ściany. Posiadający atest PZH.		
	Pozostałe wymagania		
9	Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru na wszystkie sprzęty wymienione w Zadaniu nr 2	TAK, podać	
10	Materiały informacyjne na temat oferowanych sprzętów	TAK, załączyć	
11	Instrukcja do sprzętów w języku polskim (wraz z dostawą sprzętu)	TAK	

Do oferty dołączyć karty techniczne proponowanego asortymentu, oraz atesty PZH i ISO

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
Miejscowość, data

.....
(Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Opis aparatu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wart. netto	VAT %	Wart. brutto
1.	szt.					
2.	szt.					
3.	szt.					
4.	szt.					
5.	szt.					
..	szt.					
..	szt.					
R A Z E M							

Razem słownie:
 złotych brutto

Nazwa handlowa oferowanego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym:

.....

Miejsce i data:.....

.....
 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy