



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-07-21

Z/ZZP.2375.18.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pomieszczenia mycia i dezynfekcji oraz dostawa sprzętów i urządzeń do fizykoterapii (z terminem składania ofert w dniu 24.07.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

1. Zadanie nr 3 poz. nr 1 stół do masażu elektryczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu do masażu o parametrach:

- waga 91 kg
- regulacja zagłówka w zakresie -70 do +40 st. za pomocą sprężyny gazowej
- regulacja wysokości elektryczna od 48 do 100 cm
- środkowa część unoszona od 0 do 30 st. za pomocą sprężyny gazowej
- tylna część tapicerki unoszona od 0 do 85 st. za pomocą sprężyny gazowej

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

2. Zadanie nr 4 - Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany nożnie – 8 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o parametrach:

- regulacja zagłówka w zakresie -70 do +40 st. za pomocą sprężyny gazowej
- 4 antypoślizgowe stopki, 4 skrętne koła opuszczane mechanicznie za pomocą stopy
- regulacja wysokości w zakresie 48-100 cm

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

3. Zadanie nr 3: Stół do masażu elektryczny: Parametr 6:

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający możliwość regulacji zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie + 40 / - 70°? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

4. Zadanie nr 3: Stół do masażu elektryczny: Parametr 7:

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający możliwość regulacji wysokości w zakresie 51-99 cm za pomocą ramki wokół stołu? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego. Ramka dostępna z każdej strony stołu nie ogranicza terapeuty, który w każdej chwili może zmienić wysokość blatu nie odrywając rąk od pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu z regulacją wysokości w zakresie 51-99 cm, ale nie dopuszcza możliwości regulacji wysokości za pomocą ramki wokół stołu.

5. Zadanie nr 3: Stół do masażu elektryczny: Parametr 10:

Czy Zamawiający dopuści stół o wadze 105/120 kg? Wyższa waga stołu działa na korzyść Zamawiającego w znaczący sposób zwiększając stabilność stołu. Ponadto oferowany przez nas stół posiada koła, więc waga nie będzie problemem przy jego ewentualnym transporcie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

6. Zadanie nr 3: Stół do masażu elektryczny: Parametr: 11:

Czy Zamawiający wymaga stołu posiadającego maksymalne obciążenie statyczne na poziomie minimum 300 kg? Podany przez Zamawiającego zakres 150 kg może być niewystarczający podczas pracy terapeuty na stole w trakcie wykonywania technik terapii manualnej (waga pacjenta + waga terapeuty).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

7. Zadanie nr 3: Stół do masażu elektryczny: Parametr 12:

Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją sekcji środkowej na poziomie 0 / + 30°? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

8. Zadanie nr 3: Stół do masażu elektryczny: Parametr 13:

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający możliwość regulacji pochylecia części nożnej w zakresie 0 / + 85°? Jest to parametr wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

9. Zadanie nr 3: Tablica do ćwiczeń manualnych: Parametr 5:

Czy Zamawiający dopuści tablicę posiadającą w wyposażeniu pięć obciążników o wadze 22 dag?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu wskazanego w zapytaniu.

10. Zadanie nr 4: Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany nożnie: Parametr 6:

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający możliwość regulacji kąta pochylenia zagłówka w zakresie + 40 / - 70°? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

11. Zadanie nr 4: Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany nożnie: Parametr 10 i 11:

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający system jezdy, składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

12. Zadanie nr 4: Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany nożnie: Parametr 12:

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach: szerokość – 64 cm x długość – 202 cm? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

13. Zadanie nr 4: Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany nożnie: Parametr 13:

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający możliwość regulacji wysokości w zakresie 50 – 101 cm? Jest to zakres wyższy od wymaganego, więc działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stołu wskazanego w zapytaniu.

14. Zadanie nr 4: Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany nożnie: Parametr 13:

Czy Zamawiający wymaga stołu posiadającego elektryczną regulację wysokości za pomocą ramki wokół stołu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na regulację wysokości stołu za pomocą ramki wokół stołu.

15. Zadanie nr 6: Ergometr rowerowy:

Czy Zamawiający w ramach zadania numer sześć, w ramach pozycji ergometr rowerowy dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Moc: własny generator z opcją plug-in

Regulacja oporu: hamulec indukcyjny, 40 poziomów

Koło zamachowe zintegrowane z generatorem 14 kg

Puls ręczny

Łożyska japońskie

Prędkość: 15- 120 RPM

Watt: 25-200

Regulacja wysokości siedziska: 13 pozycji

Duży wyświetlacz LED

Stały wyświetlacz: 1+5

Liczba programów fitness: 6

Liczba programów: 10

Liczba użytkowników: 1

Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego: tak

Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna: tak

Max.waga użytkownika: 150 kg

Wymiary: 104 x 60 x 138 cm

Wymiary pudełka: 114 x 49 x 78 cm

Waga 54 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ergometru rowerowego wskazanego w zapytaniu.

16. Zadanie nr 1 – dotyczy poz. III Demineralizator wody

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 230 mm szer. x 590 mm wys. x 530 mm gł. ze zbiornikiem 1460 mm. wys. x 410 mm śred.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o wymiarach wskazanych w zapytaniu.

17. Zadanie nr 1 – dotyczy poz. V Wyposażenie dodatkowe – Wózek uniwersalny

Czy Zamawiający wymaga aby wózek wykonany był ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak.

18. Dot. zadania nr 5 – wanna do masażu wirowego kkd i kręgosłupa

Czy Zamawiający dopuści wannę o następujących parametrach:

- Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
- Pompa 230V, 50HZ, 1,1kW
- Odpływ półautomatyczny
- Zasysanie sitkiem filtrującym
- 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem podzielonych na 3 niezależne sekcje
- Pysznica
- Możliwość kombinowanej pracy sekcji (min. 7 kombinacji)
- Automatyczny system napełniania ciepłą/zimną wodą
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny
- Regulowana wysokość nóg
- Panel dotykowy obrotowy umożliwiający:
 - włączenie/wyłączenie urządzenia,
 - napełnianie wody do żądanego poziomu,
 - zabezpieczenie przed pracą na sucho,
 - ustawienie czasu zabiegu,
 - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu,
 - elektrozawory regulujące poziom napełniania.
- Dwa poziomy napełniania: 80 litrów ; 210 litrów
- Wymiary: Długość: 1440 mm, Szerokość: 720 mm, Wysokość: 980mm
- Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów (wanna może być dwukolorowa)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Dot. zadania nr 5 – wanna do masażu kkg

Czy Zamawiający dopuści wannę o następujących parametrach:

- wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym
- nowoczesne wzornictwo,
- prysznic ręczny,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (50 dysz),
- bierny masaż perełkowy
- bezwylewkowy system napełniania,
- dotykowy panel sterowania:
 - automatyczny system napełniania
 - timer z automatycznym wyłączaniem zabiegu
 - zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
 - zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz
 - zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów (wanna może być dwukolorowa)
- Półautomatyczny spust wody z misy
- Krzesło do wirówki w zestawie
- Zasilanie 230V, 50 HZ, 1.1 kW
- Pojemność wanny użytkowa: 28 L, pojemność wanny całkowita: 36 L
- Wymiary: długość: 950 mm szerokość: 1100 mm wysokość: 1070 mm
- Bezpieczeństwo elektryczne klasa I typ B

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Dot. zadania nr 5 - Czy Zamawiający wydzieli aparat do elektroterapii UD, terapii skojarzonej do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.