



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-09-02

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (maceratory – 8 szt., aparat USG – 1 szt., urządzenie do ogrzewania pacjenta z wózkiem – 4 szt., urządzenie do dekontaminacji nadtlenkiem wodoru – 1 szt., przewodnica światłowodowa – 3 szt., sterylizator parowy do podręcznej sterylizacji - 2 szt., dermatom + oprzyrządowanie - 1szt.) (z terminem składania ofert w dniu 04.09.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator, pkt. 4, 5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania granicznego punktowanego dopuszczając macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator, pkt. 22, 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel przedni, górny) o właściwości biostatycznych (ograniczających wzrost mikroorganizmów) z poziomem hałasu 68dB +/-2dB?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator, pkt. 19, 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik wody 10l dostosowany do technologii maceracji oraz zużycia wody 11l?

Odp. TAK

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator, pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych, certyfikatu CE.

Odp. TAK

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory, co gwarantuje bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia?

Odp. Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).

Odp. Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwiają bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odp. Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na dozowanie środka czyszczącego i dezodoryzującego nie tracąc przy tym gwarancji producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją preparatów rekomendowanych przez producenta.

Odp. Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,5 kW? Większy pobór mocy nie jest wymagany do skutecznej maceracji naczyń z pulpy celulozowej, co jest aspektem ekonomicznym dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 – Macerator, pkt. 19, 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik wody 10l dostosowany do technologii maceracji oraz zużycia wody 10l?

Odp. Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga

Dotyczy zadania nr 6 – Sterylizator parowy do podręcznej sterylizacji - 2 szt.

Pkt 48. Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 raz do rok

Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji?

Na przegląd autoklawu składają się następujące elementy:

- usługa – przegląd

- wymiana części eksploatacyjnych

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia bezpłatne przeglądy: czy w skład przeglądy mają być również ujęta wymiana materiałów eksploatacyjnych?

Odp. Tak, w skład przeglądu ma być również ujęta wymiana materiałów eksploatacyjnych

Dotyczy zadania nr 5 – Prowadnicy światłowodowej:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu autoryzacji serwisowej, przy zapewnieniu Zamawiającemu dostępu do usług serwisowych?

Odp. TAK

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu gwarancji dostępności przez 10 lat części zamiennych? Producent urządzenia nie przewiduje wymiany elementów urządzenia.

Odp. TAK

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w punkcie 20:

„Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi monitora oraz endoskopów”.

W celu jednoznacznego określenia wymagań prosimy o zmianę na poniższy zapis:

„Bezpłatne uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oferowanego urządzenia”.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie 20 na

Bezpłatne uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oferowanego urządzenia