



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-12-16

Z/ZP.2375.29.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 18.12.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

- Czy Zamawiający zezwoli na - wyłączenie pozycji nr 7 z Pakietu nr 3 - aby większa liczba potencjalnych oferentów mogła wziąć udział w w/w postępowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycje 3, 5

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycje 4

Czy Zamawiający dopuści Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia

- Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu
- Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
- Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- Niepirogenny
- Jednorazowy, sterylizowany EO
- Opakowanie: papier/folia

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

▪ Pakiet nr 2, pozycje 1-4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

▪ Odpowiedź: Tak

▪ Pakiet nr 2, pozycje 4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op. a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

▪ Odpowiedź: Tak

▪ Pakiet nr 2, pozycje 11

- Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 0,5ml?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

▪ **Pakiet nr 2, pozycje 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 2,6,1 lub 1,2ml?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycje 13-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13-15 z zadania 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycje 7 - 8

Czy Zamawiający dopuści igły dostępne tylko z ostrzem długościętym?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 25G x 90mm z prowadnicą w rozmiarze 20G x 34mm?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G x 90mm z prowadnicą w rozmiarze 20G x 34mm?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G x 120mm z prowadnicą w rozmiarze 20G x 34mm?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z dołączonym (pakowanym osobno) sterylnym drenem o długości 426cm, wycenione razem jako zestaw?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny 100% silikon ze standardową końcówką, długość 500mm, 6 otworów drenujących?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pakiet nr 4, pozycja 22


Czy Zamawiający dopuści dren Redona dostępny w rozmiarach CH 10 – CH 18 x 700mm?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści łącznik jak na poniższej rycinie?

▪ Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pakiet nr 4, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania ze standardową końcówką?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'90 sztuk z przeliczeniem do 1778 pełnych opakowań?

- Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 8 oraz zapisy umowy i SIWZ rozdział IV pkt 7b

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 8 drobnego wyposażenia (np. filtry do ssaka, dreny, pojemnik, rurka), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa SIWZ rozdział IV pkt.: 7b

- Odpowiedź: Tak.

- Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie zamiennie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zad. 1. Poz. 3. Czy Zamawiający w związku z wymogiem komory kroplowej o długości min. 6 cm, potwierdza, iż ma na myśli długość w części przezroczystej komory kroplowej?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zad. 1. Poz. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bezpieczny do przetaczania płynów, nie posiadający oznaczenia bezpośrednio na wyrobie o producencie, co może spowodować ewentualne trudności w identyfikacji producenta wyrobu w przypadku gdy opakowanie jednostkowe nie jest już dostępne?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zad. 2. Poz. 1 -4. Czy Zamawiający ma na myśli skalę z podziałką wycechowaną w ml?

- Odpowiedź: Tak

- Zad.1. poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowy przyrząd do przetaczania płynów z OCŻ, produkowane przez producenta „Polfa” z komorą kroplową z medycznego PVC?

- Odpowiedź: Tak

- Zad. 2. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 20ml, w opakowaniach a'50szt.

- Odpowiedź: Tak

- Zad. 2. Poz. 8 i 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki produkowane przez producenta „Margomed”, kompatybilne z pompami posiadanymi przez Zamawiającego, odpowiednio transparentne i bursztynowe?

- Odpowiedź: Tak

- Zad. 2. Poz. 1-4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki posiadające rozszerzoną ponad nominalną skalę odpowiednio: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml.?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zad. 2. Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę trzyczęściową skalowana standardowo co 0,5ml?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Zad. 2. Poz. 13, 14, 15. Czy Zamawiający , wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania tych pozycji i utworzy oddzielne zadanie dla tych pozycji. Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców?
- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Zad. 4. Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę tlenową z drenem 420cm?
- Odpowiedź: Tak
- **Pytanie (pakiet nr 1, poz. 6)**
- Czy Zamawiający dopuści standardowy przyrząd do przetaczania płynów z możliwością OCŻ z komorą kroplową z PVC, ze skalą pomiarową papierową umieszczoną na drenie - producenta Polfa Lublin?
- Odpowiedź: Tak
- **Pytanie (pakiet nr 2, poz. 8)**
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/(60) ml białej do pomp infuzyjnych, uszczelnienie z elastomeru, cylinder z dwustronną skalą pomiarową, czterostronne podcięcie tłoka, podziałka co 1 ml w kolorze czarnym, nazwa producenta na cylindrze.
- Odpowiedź: Tak
- **Pytanie (pakiet nr 2, poz. 9)**
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/(60) ml bursztynowej do pomp infuzyjnych, uszczelnienie z elastomeru, cylinder z dwustronną skalą pomiarową, czterostronne podcięcie tłoka, podziałka co 1 ml w kolorze czarnym, nazwa producenta na cylindrze.
- Odpowiedź: Tak
- **Pytanie (pakiet nr 7, poz. 2)**
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków pakowanych po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
- Odpowiedź: Tak

- dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- dotyczy SIWZ- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

- Odpowiedź: Zgodnie z zapisem rozdział 2 pkt 2 Wykonawca ma obowiązek wniesienia zamówionego towaru do środka Magazynu Centralnego.
- dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający w toku badania ofert pod względem zgodności oferowanych produktów z SIWZ przewiduje możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia ulotek, katalogów lub próbek oferowanego sprzętu?
- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Dotyczy SIWZ - Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie ewentualnej zmiany ceny asortymentu zaoferowanego w przypadku zmiany stawki Vat na wyroby medyczne. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany stawki Vat, cena netto wyrobu pozostaje bez zmian.
- Odpowiedź: W przypadku zmiany stawki VAT cena netto pozostaje bez zmian.