



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-12-16

Z/ZPP.2375.30.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków oraz innych wyrobów medycznych (z terminem składania ofert w dniu 18.12.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Zadanie 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jałowy włókninowy opatrunek pakowany a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości (zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań)?

Odp. TAK

Zadanie 6 poz. 27-33

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z wkładem chłonnym składającym się z: 80% włókna naturalnego, 20% poliester + siateczka PE?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 6 poz. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę celulozową w opakowaniu 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. TAK

Zadanie 6 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,2cm x 3,1cm pakowany a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – wycena za szt?

Odp. TAK

Zadanie 1, poz. 3

- Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. TAK

Zadanie 2, poz. 6-7,8-9,11-14,24,28-30,31-32,44-48,53,94-96

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7,8-9,11-14,24,28-30,31-32,44-48,53,94-96 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 2, poz. 13

- Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?
- **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**
- Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
- **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**
- Czy zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reg.4 ? Oferowana gaza jest produktem niesterylnym, w związku z tym nie używa się jej w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była sklasyfikowana w klasie II a reg.7.
- **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**
- Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 2, poz. 14

- Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?
- **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**
- Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
- **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**
- Czy zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reg.4 ? Oferowana gaza jest produktem niesterylnym, w związku z tym nie używa się jej w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była sklasyfikowana w klasie II a reg.7.
- **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**
- Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 2, poz. sterylne z gazy

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 2, poz. niejałowe

Czy zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reg.4 ? Oferowana gaza jest produktem niesterylnym, w związku z tym nie używa się jej w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była sklasyfikowana w klasie II a reg.7.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 2, poz. 31-32

Czy zamawiający dopuści gramaturę 30 g?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

1. Pakiet 2 poz. 40-41: czy Zamawiający dopuści kremowy żel do mycia o pojemności 500 ml z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. TAK

2. Pakiet 2 poz. 102: czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek pakowany a'5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. TAK

3. Pakiet 2 poz. 108: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą pakowaną a'500g z przeliczeniem zamawianych ilości, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?

Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp. TAK

4. Pakiet 2 poz. 113: czy Zamawiający dopuści żel aktywizujący pakowany a'200 ml z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. TAK

Pytania do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany § 2 ust. 3 b) dostawy będą zrealizowane w terminie w godz. Od 7:00 do godz. 14:00?

Odp.Zamawiający, nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3?

Odp.Zamawiający, nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy

PAKIET NR 3

Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o nowym przeznaczeniu nie różniącej się wymiarami oraz jakością od poprzedniej wersji nr 3 z przeznaczeniem na dłoń, rękę osoby dorosłej oraz głowę dziecka?

Odp. TAK

Pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki opatrunkowej o nowym przeznaczeniu nie różniącej się wymiarami oraz jakością od poprzedniej wersji nr 4 z przeznaczeniem na nogę, stopę osoby dorosłej oraz tułów dziecka?

Odp. TAK

Pozycja nr: 25-27

- W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu: 26 maja 2021r. dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji gazy niejałowej na klasę I reguła 4? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności, w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego.

Odp. TAK

Pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o rozciągliwości min .95%

Odp. TAK