



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-12-21

Z/ZZP.2375.32.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów (z terminem składania ofert w dniu 23.12.2020r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pytanie nr 1 do Zadania nr 1, lp. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów jednojamowych nie posiadających bezprzewodowej komunikacji z programatorem?

Pytanie nr 2 do Zadania nr 2, lp. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych nie posiadających bezprzewodowej komunikacji z programatorem?

Pytanie nr 3 do wzoru umowy Zał. 5 do SIWZ

Czy Zamawiający może zmodyfikować zapisy umowy poprzez dodanie w § 2, iż w ramach „banku sprzętu” Zamawiający zobowiązuje się pobierać i zużywać sprzęt medyczny począwszy od sprzętu medycznego o najkrótszym terminie przydatności do użycia w ramach danego asortymentu?

ODPOWIEDZI:

Ad. Pytanie nr 1 do Zadania nr 1, lp. 20

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stymulatorów jednojamowych nie posiadających bezprzewodowej komunikacji z programatorem

Ad. Pytanie nr 2 do Zadania nr 2, lp. 20

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych nie posiadających bezprzewodowej komunikacji z programatorem

Pytanie nr 3 do wzoru umowy Zał. 5 do SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy