



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-08-27

Z/ZZP.2378.1.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sali operacyjnej hybrydowej z dostawą angiografu (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 126 z dnia 02.07.2020 r. pod poz. 307522).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy:

W § 3 ust. 3 umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) prosimy o zastąpienie wyrazów: „W razie gdy przeniesieniu Bloku Operacyjnego z zajmowanych dotychczas pomieszczeń...” wyrazami: „W razie gdy protokolarne przekazanie terenu budowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej,..”.

Wykonawca nie będzie dysponować wiedzą, kiedy nastąpi przeniesienie Bloku Operacyjnego, kiedy rozpocznie się ten proces i kiedy zostanie zakończony, gdyż zależy to wyłącznie do jednostronnej decyzji Zamawiającego. Nie dysponując taką wiedzą, Wykonawca faktycznie nie będzie wiedział, kiedy „nastąpiło przeniesienie Bloku Operacyjnego” przez Zamawiającego. Może to być źródłem sporu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W celu uniknięcia takiego sporu, obiektywnym zdarzeniem, znanym zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy, jest termin protokolarnego przekazania terenu budowy, a co za tym idzie, nieprzekazanie terenu budowy w ciągu dwóch miesięcy od zawarcia Umowy, powinno warunkować rozpoczęcie biegu terminu określonego do wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron.

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany treść § 3 ust. 3 umowy otrzymałaby następujące brzmienie:

„3. W razie gdy protokolarne przekazanie terenu budowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie nastąpi w okresie dwóch miesięcy od zawarcia Umowy, każdej ze stron przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, wykonywane w terminie 30 dni od upływu tego okresu, przy czym odstąpienie w tych okolicznościach nie jest traktowane jako zawinione przez którąkolwiek ze stron.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie na końcu § 8 ust. 14 umowy następującego zdania: „Jeżeli opóźnienie w uzyskaniu decyzji Zamawiającego spowoduje przekroczenie terminu realizacji danego fragmentu robót przez Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie w takim przypadku obciążony karą umowną określoną w § 16 ust. 1 lit. c) umowy”.

Wstrzymanie prowadzenia danego fragmentu robót przez Wykonawcę do czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego – nie powinno wiązać się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi dla Wykonawcy, w szczególności naliczania kar umownych (finansowych) przewidzianych w Umowie określonych w § 16 ust. 1 lit. c) umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy:

W § 19 ust. 1 lit. i) umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) o treści: „i) dwukrotnie naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w § 15 ust. 1 lit. i) oraz §15 lit. o), Umowy wystąpił błąd w numeracji, ponieważ kary umowne są określone w § 16 ust. 1 umowy; ponadto, w 16 ust. 1 umowy nie ma lit. o). Zwracamy uwagę na konieczność korekty numeracji w § 19 ust.1 lit. i) umowy.

Odp.. Zamawiający w §19 ust 1 lit i) umowy koryguje oczywistą omyłkę poprzez zmianę z "§15 ust 1 lit i)" na "§16 ust 1 lit i)" oraz zmianę z "§15 ust 1 lit o)" na "§16 ust 1 lit n)"

Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, dział XII punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tych pozycji jak na załączonych zdjęciach z katalogu, tzn: dwuczęściowy fartuch ochronny model 320VS str. 4 - z dodatkowym pasem odciążającym model 5100 str.12 i osłoną ramienia model 850H str. 12 - bez zatrzasków do przypinania kołnierza ochrony tarczycy.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, dział XII, punkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tych pozycji jak na załączonych zdjęciach z katalogu, tzn: jak na załączonej Karcie Katalogowej kołnierza ochrony tarczycy model 340T-BC - długość śliniaka 12 cm - obwód może być powiększony do 56 cm, zapięcie na trwałe rzepy, bez zatrzasków do dopinania do fartucha.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, dział XII, punkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tych pozycji jak na załączonych zdjęciach z katalogu, tzn: stojaki bez dodatkowych haczyków na akcesoria - str. 13 katalogu.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, dział XII, punkt 3:

Czy Zamawiający dopuści kamizelkę bez możliwości regulacji poprzez naramienny rzep? Funkcjonalność ta wyklucza się z możliwością dokupienia rękawów do kamizelki. Dodatkowe obciążenie fartucha rękawem może powodować obciążenie rzepu i skutkować jego rozpinaniem. Możliwe jest zamówienie kamizelki z naramiennym rzepem lub z możliwością dokupienia rękawów do kamizelki.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, dział XII, punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści osłonę tarczycy o długości śliniaka 9cm, wysokości stójki 4,5 cm, szerokości 21 cm i obwodzie 52 cm?

Oslona jest dopasowana do oferowanego fartucha w sposób zapewniający najlepszą ochronę.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy zapisów umowy:

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w

dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać przedmiot zamówienia itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymują zapisy SIWZ. Zamawiający stosował się będzie do treści umowy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pytanie nr 10 – dotyczy zapisów umowy:

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymują zapisy SIWZ. Zamawiający stosował się będzie do treści umowy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pytanie nr 11 – dotyczy zapisów umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zapisów umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp. Zamawiający podtrzymują zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy zapisów umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zamawiający podtrzymują zapisy SIWZ.