



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-08-27

Z/ZZP.2378.1.20

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sali operacyjnej hybrydowej z dostawą angiografu (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 126 z dnia 02.07.2020 r. pod poz. 307522).**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1 do załącznika Nr 3 do SIWZ

Parametry podlegające ocenie w przedstawionych parametrach nie odpowiadają parametrom przedstawionym w opisach. Czy zamawiający mógłby wyjaśnić rozbieżności ?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ.**

Pytanie 2 do załącznika Nr 3 do SIWZ

Czy zamawiający mógłby sprecyzować „Wyposażenie dodatkowe – komplet 1”, gdyż nie znajduje się ono w specyfikacji?

**Odp. Pod użytym sformułowaniem „wyposażenie dodatkowe – komplet 1” Zamawiający wymaga zaoferowania min.:**

- Pas do ciała x 2 szt.
- Ramka podpory bocznej x 2 szt.
- Poduszka podpory bocznej x 2 szt.
- Podpora pod rękę przezierna dla promieni RTG x 1 szt.
- Podkładka do ułożenia rąk wzdłuż stołu x 2 szt.
- Statyw na płyny infuzyjne x 1 szt.
- Uchwyt uniwersalny x 4 szt.
- Podpora pod rękę x 2 szt.
- Uchwyt na przewody anestetyczne x 1 szt.

Pytanie 3 do załącznika Nr 3 do SIWZ

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie zawieszenia dwóch monitorów min. 27” na podwójnym ramieniu z czego drugie ramię jest uchylne – pozwalające na regulację wysokości monitorów, montowane wspólnie z jedną z czaszą lampy operacyjnej?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4 do załącznika Nr 3 do SIWZ

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie aby jedna czasza lampy operacyjnej była montowana na jednym zawieszeniu wraz z monitorem min 56”?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5 do załącznika Nr 3 do SIWZ

Czy zamawiający dopuści aby jedna z osłon radiologicznych była zainstalowana na indywidualnym zawieszeniu?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6 dotyczące załącznika Nr 7 do SIWZ

Czy zamawiający mógłby sprecyzować wyposażenie kolumny anestezyjologicznej oraz Kolumny chirurgicznej?

**Odp. Kolumna anestezyjologiczna min.:**

- zawieszenie aparatu do znieczulania min. 250 kg
- 8 gniazd elektrycznych
- 8 gniazd ekwipotencjalnych
- 1 x podtlenek N<sub>2</sub>O
- 1 x odciąg AGSS
- 2 x gniazdo RJ45
- 2 x przygotowanie do instalacji niskoprądowej
- 1 x szyna sprzętowa min. 40 cm
- 2 x gniazdo tlenu
- 2 x próżnia (VAC)
- 2 x powietrze

**Kolumna chirurgiczna min.:**

- min. zasięg ramion 1900 mm
- drugie ramie uchylne min. 60 cm napędzane silnikiem elektrycznym
- 3 x półka min. 480 x 450 mm
- 1 x półka z szufladą min. 488 x 450 mm
- 8 x gniazdo elektryczne
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne
- 2 x gniazdo RJ45
- 2 x przygotowanie do instalacji niskoprądowej
- 2 x VAC
- 2 X powietrze
- 2 x O<sub>2</sub> (tlen)
- 2 x szyna sprzętowa min. 400 mm
- 2 x organizator na kable

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zawieszeniu kolumny anestezyjologicznej na jednym zawieszeniu wraz z osłoną radiologiczną ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zawieszeniu kolumny chirurgicznej na jednym zawieszeniu ze wstrzykiwaczem ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 9 – umowa – kary

Prosimy o obniżenie kar do 100 zł – dot. par. 16, pkt 1,m)

Par 16, pkt 1, c) – obniżenie do 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**