



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2020-08-27

Z/ZZP.2378.1.20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sali operacyjnej hybrydowej z dostawą angiografu (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 126 z dnia 02.07.2020 r. pod poz. 307522).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt II.1

Czy Zamawiający dopuści mocowanie statywu na suficie na przedłużonych szynach min. 6 m ?

Pragniemy zaznaczyć, że długość szyn dla mocowania statywu ramienia angiografu na suficie jest dobierana indywidualnie do każdego pomieszczenia sali hybrydowej. Długość szyn uzależniona jest od wielkości pomieszczenia oraz innych zainstalowanych sprzętów (tj. kolumny, lampy) w celu prawidłowej instalacji nieograniczającej ruchów ramienia angiografu.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt II.14

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że przyzna punkty na „TAK” dla punktu II.14 „Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego **po dwóch stronach** statywu uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt II.21

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że będzie sumował punkty dla punktu II.21 jeżeli oferowany angiograf będzie posiadał system zabezpieczeń pacjenta przed kolizją, który zawiera więcej niż jeden system z punktowanych systemów ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt IV.2

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że jako minimalny czas ekspozycji rozumie jako minimalny czas przełączania generatora ?

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.3

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że w punkcie VII.3 należy potwierdzić system redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, czyli w punkcie VII. 1 ?

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.5

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu poprawi oczywistą omyłkę pisarską w punkcie VII.5 i zamieni słowo obrazów/s na słowo pulsów/s

Bieżący zapis:

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-----------|--|
| VII.5 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 7,5 obrazów/s do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny | |
|-------|---|---------------------|-----------|--|

Proponowana zmiana:

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-----------|--|
| VII.5 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 7,5 pulsów/s do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny | |
|-------|--|---------------------|-----------|--|

Odp. Tak. Zamawiający zamienia słowo „obrazów/s” na słowo „pulsów/s”.

Pytanie nr 7 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.6

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu poprawi oczywistą omyłkę pisarską w punkcie VII.6 i zamieni słowo obrazów/s na słowo pulsów/s

Bieżący zapis:

| | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------------------|--|
| VII.6 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 obrazów/s do 3 pulsów/s | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | |
|-------|--|----------------|-------------------------------|--|

Proponowana zmiana:

| | | | | |
|-------|---|----------------|-------------------------------|--|
| VII.6 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 pulsów/s do 3 pulsów/s | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | |
|-------|---|----------------|-------------------------------|--|

Odp. Tak. Zamawiający zamienia słowo „obrazów/s” na słowo „pulsów/s”.

Pytanie nr 8 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.22

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że funkcja roadmaping dynamiczny 2D naczyń wieńcowych rozumie jako nałożenie obrazu ruchomej tętnicy wieńcowej na obraz fluoroskopii w czasie rzeczywistym ?

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.23

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu oczekuje, że oferent potwierdzi co najmniej jednym badaniem naukowym posiadanie funkcji rozszerzającej skan rotacyjny zapewniając trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych rozumiany jako ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD - RAO/LAO z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.27

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu zechce punktować rozwiązanie w którym obraz 3D wyświetlany jest na panelu dotykowym w Sali badań przy stole pacjenta z możliwością obrotu, powiększania, zmiany sposobu wyświetlania przy pomocy przesuwu palców po panelu co zapewni zamawiającemu otrzymanie najbardziej funkcjonalnego rozwiązania na rynku ?

Bieżący zapis:

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--|
| VII.27 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak | Bez oceny | |
|--------|---|-----|-----------|--|

Proponowana zmiana:

| | | | | |
|--------|---|-----|---|--|
| VII.27 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak | <p>Włącznie ze sterowaniem stacją 3D bez pośrednio na obrazie 3D wyświetlanym na panelu dotykowym w Sali badań z możliwością m.in. powiększania, obrotu zmiany i wizualizacji poprzez przesuw palca na obrazie na panelu dotykowym – 20pkt</p> <p>Brak powyższej funkcji – 0pkt</p> | |
|--------|---|-----|---|--|

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.41

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że określenie obrazów z USG na żywo rozumie jako prezentacja obrazów z głowicy USG w czasie rzeczywistym ?

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt VII.49 oraz VII.51

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu zechce wykreślić punkt VII.49 lub VII.51 ?

Pragniemy zaznaczyć, że punkt VII.49 oraz VII.51 definiuje tą samą funkcjonalność tj. „Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych w czasie rzeczywistym z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w sali badań”

Odp. Tak. Zamawiający wykreśla punkt VII.51.

Pytanie nr 13 – Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ punkt IX.1

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu potwierdzi, że w punkcie IX.1 oczekuje transferu danych demograficznych pacjentów rozumianych jako przesył danych z systemu cyfrowego do stacji badań hemodynamicznych ?

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza.