



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Z/ZZP.2375.3.21

Rzeszów, 2021-06-25

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów i sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Radiologii Zabiegowej (z terminem składania ofert w dniu 02.07.2021r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pyt. 1 (dot. pakietu NR 8)

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów Zestawienie parametrów techniczno-granicznych dopuści do przetargu w pakiecie nr 8 balony do kontrapulsacji firmy Datascope USA:

Balon do kontrapulsacji wewnątrzortowej

Ad.1 Kompatybilny z konsolami Arrow i Datascope.

Ad.2 Zbudowany z atrombogenicznych materiałów poliuretanowych

Ad.3 Dostępne rozmiary balonów – 7,5 Fr, 8 Fr

Ad.4 Pojemności dla 7,5 F – 25ml, 34 ml, 40 ml

Ad.5 Pojemności dla 8 F – 30 ml, 40 ml, 50 ml

Ad.6 Średnice wewnętrzne cewnika balonowego: 2,31 mm dla 7 F; 2,64 mm dla 8 F

Wymiary balonów:

Ad.7: 7,5 F 25 ml – długość 165 mm, średnica rozprężonego balonu 15 mm

Ad.8: 7,5 F 34 ml – długość 221 mm, średnica rozprężonego balonu 15 mm

Ad.9: 7 F, 5 40 ml – długość 258 mm, średnica rozprężonego balonu 15 mm

Ad.10: 8 F 30 ml – długość 210 mm, średnica rozprężonego balonu 16 mm

Ad.11: 8 F 40 ml – długość 214 mm, średnica rozprężonego balonu 16 mm

Ad.12: 8 F 50 ml – długość 243 mm, średnica rozprężonego balonu 17,4 mm

Ad.13: Obecność w zestawie balonu krótkiego o wymiarach:

8 F 30 ml – długość 210 mm, średnica 16 mm

Ad.14 Zestaw: przewodnik, 7.5Fr. 6" (15cm) zbrojona koszulka introduktora z zastawką hemostatyczną z rozszerzaczem, igła, strzykawka 30 ml, jednokierunkowa zastawka, kranik trójdrożny, linia do monitorowania ciśnienia: dwa dreny ciśnieniowe 4 Ft (122cm), Rurki sterujące do konsoli Arrow i Datascope

Ad.15: System Co-lumen

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, dopuści zaproponowane balony

PYTANIE:

PYTANIE NR 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dopuszcza użycie podpisu elektronicznego dla celów podpisania umowy

PYTANIE:

PYTANIE NR 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE:

PYTANIE NR 3: Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019) umowa musi zawierać, m.in. łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. W §4 projektu umowy wskazano kary umowne, bez podania łącznej maksymalnej wysokości kar, których może żądać zamawiający od wykonawcy. Prosimy o uzupełnienie projektu umowy poprzez wskazanie łącznej wysokości kar umownych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, modyfikuje projekt umowy w §4 poprzez dopisanie pkt 4 , który otrzymuje brzmienie:

Wysokość naliczonych kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może łącznie przekroczyć 20% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionych wyrobów medycznych i ich cen netto.

PYTANIE:


PYTANIE NR 4: Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) w przypadku możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego umowa musi określać minimalną wartość zamówienia. Prosimy o wskazanie minimalnej wartości zamówienia w §1 umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, modyfikuje projekt umowy w §1 pkt 2 , który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym minimalna wartość zamówienia wynosi 50% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionych wyrobów medycznych i ich cen netto.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie


mgr Anna Lubas